

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	ECG
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie/etichette	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro/display/cavo paziente	
Funzionalità tastiera/display	
Funzionalità stampante	
Verifica impostazioni di sistema (lingua, data, ora)	
Funzionalità filtro muscolare	
Funzionalità filtro rete 50Hz	
Test batteria	

CONTROLLO FREQUENZA CARDIACA (BPM)

FREQ impostata 1	FREQ misurata 1	FREQ impostata 2	FREQ misurata 2
30		60	
80		120	
180		240	

CONTROLLO AMPIEZZA SEGNALE (MV)

AMP impostata	AMP misurata
0.5	
1.0	
1.5	