

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	LETTO ELETTRICO
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Riepilogo Verifiche

Controllo Visivo

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Manuale d'uso disponibile	
Basamento (integrità struttura, verniciatura)	
Piano rete (integrità struttura, verniciatura)	
Alloggiamento per aste solleva malati e flebo (integrità, verifica aggancio)	
Aste, sponda centrale, accessori (presenza, integrità)	
Cavo alimentazione elett., presa, connettore ricarica (integrità, sicurezza)	
Fermacavi/Antistrappo (integrità)	
Contatti ad innesto (integrità)	
Motori e trasformatori (integrità)	
Pulsantiera involucro e cavo (integrità)	
Pulsantiera personale involucro e cavo (integrità)	
Traversa di sollevamento lato teste e piedi (integrità)	
Ruote (integrità, serraggio)	
Eventuali ruote paracolpi (integrità, serraggio)	
Sicurezza della vite sull'elemento di regolazione dell'altezza (ove presente)	
Tutti i cavi (integrità, lunghezza corretta, non avvolti)	

Controllo Funzionamento

Verifica	Esito
Sponde laterali: controllo bloccaggio/sbloccaggio	
Sponde laterali: controllo deformazione	
Sponde laterali: controllo usura	
Porta coperte (ove presente)	
Prolunga letto (ove presente)	

Controllo Azionamento con Pulsantiere

Verifica	Esito
Pulsantiera/tastiera personale: basamento (azionamento fino a fine corsa)	
Pulsantiera/tastiera personale: piano rete (azionamento fino a fine corsa)	
Sezione posteriore, gambe sezione cosce, gambe sezione piedi	
Regolazione altezza, Trendelemburg, reverse Trendelemburg	
Regolazione lunghezza (letti Vis-a-Vis)	
Funzione CPR (ove presente)	
Freno elettrico o meccanico - freno applicato/freno libero	
Freni elett/mecc (letti osp S280/S310/S380/S282/S382) - pos pilotaggio	

Sostituzioni

Verifica	Esito
Sostituzione batteria 9V (ove presente)	
Verificare maniglione triangolare e cinghia asta solleva malati (se necess. sostituire)	

Esito Verifica Funzionale**APPARECCHIO CONFORME****Tecnico Verificatore:** N/D**Firma:** _____