

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	Monitor Multiparametrico
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Riepilogo Verifiche

Verifiche Effettuate

Verifica	Esito
Verifica elettrocardiografo	
Verifica saturimetro	
Verifica NIBP statica	
Verifica NIBP dinamica	

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma:_____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie/etichette	OK
Manuale d'uso disponibile	OK
Integrità involucro/display	OK
Funzionalità tastiera/display	OK
Funzionalità stampante	OK
Verifica impostazioni di sistema (lingua, data, ora)	OK
Funzionalità allarmi (visivi/acustici)	OK
Indicazione presenza alimentazione esterna	OK
Funzionamento batteria	OK

ECG - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo paziente	
Funzionalità filtro muscolare	
Funzionalità filtro rete 50Hz	

ECG - CONTROLLO FREQUENZA CARDIACA (BPM)

FREQ impostata	FREQ misurata
30	
60	
80	
120	
180	
240	

ECG - CONTROLLO AMPIEZZA SEGNALE (MV)

AMP impostata	AMP misurata
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	

ECG - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
ECG NOTE FINALI	

SPO2 - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Integrità cavo prolunga/sensore SpO2	

SPO2 - CONTROLLO OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA

% SpO2 impostata	% SpO2 rilevata	HR impostato	HR rilevato
100		60	
98		65	
96		70	
94		75	
92		80	
90		85	
86		90	
82		95	
78		100	

SPO2 - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
SPO2 NOTE FINALI	

NIBP STATICA - CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Test di perdita NIBP	
Integrità tubo/bracciale NIBP	

NIBP STATICA - VERIFICA

Impostata	Rilevata	Errore
240		
200		
160		
120		
80		
40		

NIBP STATICA - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
NIBP NOTE FINALI	

NIBP DINAMICA

SYS impostata	SYS rilevata	DIA impostata	DIA rilevata	HR impostata	HR rilevata
120		80		80	
150		100		80	
180		120		80	
120		80		80	
150		100		80	

SYS impostata	SYS rilevata	DIA impostata	DIA rilevata	HR impostata	HR rilevata
180		120		80	
120		80		80	
150		100		80	
180		120		80	

NIBP DINAMICA - ESITO COMPLESSIVO

Esito complessivo	
-------------------	--