

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	SATURIMETRO
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Integrità involucro/display	
Integrità sensore	
Funzionalità tastiera	
Funzionalità allarmi (visivi/acustici)	

CONTROLLO LIVELLI D'OSSIGENAZIONE E FREQUENZA CARDIACA

% SpO2 impostata	% SpO2 rilevata	HR impostato	HR rilevato
98		60	
94		75	
92		80	
90		85	
86		90	
82		95	
78		100	