

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	VENTILATORE DI PRIMO SOCCORSO
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Involucro esterno	
Pannello frontale, interruttori, regolatore vuoto e pulsanti	
Manometro	
Condizioni circuito aspirante	
Condizioni tubo raccordo	
Condizioni circuito alimentazione O2	
Verifica base di ricarica (connettori, cavo e indicatore alimentazione esterna)	

ESAME FUNZIONALE

Verifica	Esito
Controllo interruttore ON/OFF	
Controllo allarmi mancanza alimentazione gas	
Controllo alimentazione elettrica	

CONTROLLO FREQUENZA E VOLUME AL MINUTO - OSSIGENO

RR IMPOSTATO (BPM)	LITRI IMPOSTATI (L)	RR MISURATO (BPM)	LITRI MISURATI (L)
35.0	5.0		
20.0	7.0		
12.0	10.0		

CONTROLLO FREQUENZA E VOLUME AL MINUTO - AIRMIX

RR IMPOSTATO (BPM)	LITRI IMPOSTATI (L)	RR MISURATO (BPM)	LITRI MISURATI (L)
35.0	5.0		
20.0	7.0		
12.0	10.0		

CONTROLLO QUALITA ARIA IN USCITA

TIPO	VALORE RIFERIMENTO (%)	VALORE MISURATO (%)
OSSIGENO PURO	>97%	
AIRMIX	tra 50% e 60%	