



Report di Controllo Qualità Sonde Ecografo

(Conforme a Manuale di Qualità per Apparecchio Ecografico)

Data Verifica: 2025-07-28

Codice Verifica: CQ-ECO-2025-001

Manuale di qualità per apparecchio ecografico

Anno creazione: 2025

Marca: PHILIPS	Modello: EPIQ 7
Nr. inv.: INV-2025-9988	s/n: SN-ECO-9988
Struttura: OSPEDALE SANTA CHIARA	Reparto: CARDIOLOGIA

DATI APPARECCHIO					
Inventario:	INV-2025-9988	Reparto:	CARDIOLOGIA	Costruttore:	PHILIPS
S/N:	SN-ECO-9988	Struttura:	OSPEDALE SANTA CHIARA	Modello:	EPIQ 7
Note Ecografo:	Tutti i controlli di qualità rientrano nei valori previsti.				

DATI SONDE COLLEGATE					
Sonda 1	Inventario:	INV-P1	Costruttore:	Philips	
	Tipo:	Linear	S/N / Modello:	SN-PRB-001 / L12-4	

Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

Sonda: L12-4s/n: SN-PRB-001

Mod. usata per test: EPIQ 7

Preset impostato: Vasc / Carotid

Gain: 50

Power: 100%

Parametro	Baseline	Controllo 1	Controllo 2	Controllo 3
Data		2025-07-28		
Ispezione visiva		BUONO		
Uniformità				
Profondità max (cm)				
Misure verticali (scarto max mm)				
Misure orizzontali (scarto max mm)				
Zona Morta (mm)				
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica area (mm²)				
Massa iperecogena area (mm²)				
Giudizio complessivo		BUONO		
Nome e firma del tecnico		ELSON META □□□□□□□□		

Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: 2025

Sonda: L12-4

s/n: SN-PRB-001

1. ISPEZIONE VISIVA:

☒ **BUONO** (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di lieve entità)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

☒ **BUONO** (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)

☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)

☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): ____

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm

frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 MHz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue

5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)	Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
-20			40		
-40			20		
-60					
-80					

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: ____ ZONA MORTA (mm): ____

Valori di riferimento: < 7 mm per frequenze < 3 MHz

< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz

< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ **TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA**

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Laterale	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm²)

[] TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

Tutti i controlli di qualità rientrano nei valori previsti.

DATA: 2025-07-28

IL TECNICO: ELSON META

