

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica: 2026-03-30

Codice Verifica: EM-260402-0004-VF

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	TERME DI COMANO Azienda Consorziale	Destinazione	TERME DI COMANO - SEDE
---------	-------------------------------------	--------------	------------------------

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	SPIROMETRO	Marca	COSMED
Modello	PONY FX	Profilo di Verifica	SPIROMETRO
Numero di Serie	2021043284	Reparto	AMB C
Inventario Cliente		Inventario AMS	TC097

Dati Strumento

Strumento:	
Matricola:	
Data Cal.:	2026-04-02

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: ELSON META

SERVICE
ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE SRL
38100 TRENTO - Via A. De Gasperi, 347
Tel. 0461. 92 57 15

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO

Verifica	ESITO
LEGGIBILITA' DELLE SERIGRAFIE/ETTICHETTE	OK
STATO INVOLUCRO	OK
STATO TURBINA	OK

CONTROLLO FUNZIONALE

CAPACITA' SIRINGA(L)	FLUSSO MISURATO (L)	ESITO
3	3.10	OK

Allegati

da23d678-63d0-4318-8c24-8eae1d997621.jpg

Allegato aggiunto manualmente dal PC

