



Report di Verifica Funzionale

Data Verifica: 2026-06-12

Codice Verifica: EM-260612-0003-VF

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	Centro di Medicina Integrata San Raffaele	Destinazione	CENTRO DI MEDICINA INTEGRATA SAN RAFFAELE - SEDE
---------	---	--------------	--

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	bilancia meccanica a colonna seca	Marca	SECA
Modello		Profilo di Verifica	Bilance
Numero di Serie	5700168161661.	Reparto	
Inventario Cliente		Inventario AMS	CMSR020

Riepilogo Verifiche

Strumentazione Usata per il Controllo

Pesi campione utilizzati	STRUM55 (1kg) STRUM56-1 (5kg) - STRUM56-2 (5kg) STRUM57-1 (10kg) - STRUM57-2 (10kg) STRUM58-1 (20kg) - STRUM58-2 (20kg) - STRUM58-3 (20kg) - STRUM58-4 (20kg) - STRUM58-5 (20kg) - STRUM58-6 (20kg)
--------------------------	--

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: ELSON META

SERVICE
ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL
38100 TRENTO - Via A. Degasperli, 34/3
Tel. 0461. 92 57 15

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	OK
Manuale d'uso disponibile	OK
Funzionamento display/spie	N.A.
Integrità involucro	OK
Integrità piatto di pesata	OK
Livellamento corretto (bolla)	OK
Funzione tara/zero operativa	OK
Funzione stampa/interfaccia operativa	N.A.

PROVA N. 1 – DETERMINAZIONE DEGLI ERRORI DI PESATURA (CARICO CRESCENTE)

Peso campione (kg)	Valore misurato (kg)	Errore (kg)
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

PROVA N. 1 – DETERMINAZIONE DEGLI ERRORI DI PESATURA (CARICO DECRESCENTE)

Peso campione (kg)	Valore misurato (kg)	Errore (kg)
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

PROVA N. 2 – RIPETIBILITÀ

Valore misurato (kg)	Errore (kg)
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0

PROVA N. 3 – DECENTRAMENTO

Peso campione (kg)	Valore misurato (kg)	Errore (kg)
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

