

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	Elettroterapie
Numero di Serie		Reperto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Controllo condizioni generali	
Controllo integrità involucro	
Controllo interruttori, pulsanti e manopole	
Controllo condizione cavi elettrici e connettori	
Controllo allarmi	

PROTEZIONE CONTRO ERRORI UMANI

Verifica	Esito
Verifica funzionamento con uscita a circuito aperto (5 minuti)	
Verifica funzionamento con uscita in cortocircuito (5 minuti)	

VERIFICA CORRENTI D'USCITA - CANALI 1 E 2

Canale 1 impostata	Canale 1 misurata	Canale 2 impostata	Canale 2 misurata

VERIFICA CORRENTI D'USCITA - CANALI 3 E 4

Canale 3 impostata	Canale 3 misurata	Canale 4 impostata	Canale 4 misurata

BLOCCO DELL'USCITA

Uscita non aliment. se i controlli dell'amp. non sono stati impostati al minimo	
---	--

INDICATORE DI USCITA

Presenza indicatori di uscita (se R=1000 Ohm; corrente uscita > 10mA)	
---	--