

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	NIBP Dinamica
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Dati Strumento

Strumento:	FLUKE BP PUMP 2
Matricola:	212192
Data Cal.:	16/07/2026

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Integrità involucro	
Test di perdita NIBP	

VERIFICA NIBP (MMHG)

SYS impostata	SYS rilevata	DIA impostata	DIA rilevata	HR impostata	HR rilevata
120		80		80	
150		100		80	
180		120		80	

VERIFICA NIBP PARTE 2

SYS impostata	SYS rilevata	DIA impostata	DIA rilevata	HR impostata	HR rilevata
120		80		80	
150		100		80	
180		120		80	

VERIFICA NIBP PARTE 3

SYS impostata	SYS rilevata	DIA impostata	DIA rilevata	HR impostata	HR rilevata
120		80		80	
150		100		80	
180		120		80	