

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	POMPA PER INFUSIONE
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Dati Strumento

Strumento:	FLUKE IDA-4 PLUS
Matricola:	11421
Data Cal.:	27/07/2026

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro	
Integrità sistemi di fissaggio	
Funzionamento display e tastiera	
Corretto funzionamento clamp siringa con corretto riconoscimento siringhe	
Esecuzione test iniziale automatico	
Verifica corretto riconoscimento allarme occlusione	
Verifica segnalazione preallarme fine infusione	
Verifica segnalazione allarme fine infusione	
Verifica riconoscimento connessione alimentazione	
Verifica funzionamento a batteria	

TEST DI CONTROLLO

TIPO	Unità di Misura	Valore impostato	Valore rilevato	Esito test
FLUSSO	ml/h			
OCCLUSIONE				