

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	VENTILATORE ANESTESIA
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Strumenti Utilizzati

Strumento	Matricola	Versione	Data Cal.
FLUKE VT650	6804706	SA01554488	18/06/2026
FLUKE VT650	6898717	SA01554489	19/06/2026
LUTRON TM-947SD	580080		26/05/2026
TSI 4081	40810842008	2026022400019	24/02/2026

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Involucro esterno	
Pannello frontale, interruttori, regolatore vuoto e pulsanti	
Check indicazioni per un corretto utilizzo	
Check non intercambiabilità connettori gas e corretta identificazione ingressi	
Check cut-off	
Check concertina, anelli tenuta e guarnizioni	
Check valvole unidirezionali	
Check sonde	
Check scadenza kit manutenzione	
Check umidificatore	
Check tubi e raccordi	
Manometro	
Condizioni circuito aspirante	
Condizioni circuito alimentazione O2	
Verifica base di ricarica (connettori, cavo e indicatore alimentazione esterna)	

ESAME FUNZIONALE

Verifica	Esito
Controllo interruttore ON/OFF	
Controllo allarmi mancanza alimentazione gas	