

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	2	0
	220ms	210ms

NORMAL

TIPO DE CORRIENTE	BURST
-------------------	-------

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.19	10.0
2	2.88	35.0
3	4.38	53.0
4	6.09	96.0
5	7.85	138.0
6	8.79	159.0
7	11.09	199.0
8	14.65	230.0
9	17.66	270.0
10	17.77	340.0

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	100 hz	84
	300 ms	290