







Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón y se registraron los siguientes valores

N	TERMPERATURA	25.08	25.26	25.31	26.89	27.28
4	PRIMERA	25.1	25.5	26.0	28.1	28.5

1	TERMPERATURA	28.1	28.56	29.03	29.5	29.75
14/1	PRIMERA	29.5	30.0	30.7	31.5 201CS10	32.0

De acuerdo con los datos obtenidos que presentó el equipo, se realiza la tabla para verificar el funcionamiento de la servocuna.





ERROR PROMEDIO	1.214 icsion	
DESVIACION ESTANDAR	0.7175297129	















