

REPORTE DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO NO. P031302252821

TRAZABILIDAD INSTRUMENTO EQUIPO PATRÓN

Medición S.A.S garantiza la trazabilidad de sus equipos patrón utilizados para establecer la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones en laboratorios competentes, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:201750-200

EQUIPO	SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	RANGO	0 – 400 mmHg
MARCA	FLUKE BIOMEDICAL	RESOLUCIÓN	0,1 mmHg
MODELO	PROSIM 8	FECHA CALIBRACIÓN	2023 / 07 /11
SERIE	2897041	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	2025 / 07 /11
NO. CERTIFICADO	CG 2607-23	CALIBRADO POR	Set y Gad S.A.S.

INFORMACIÓN RELEVANTE

La información acerca del sitio de medición, así como las fechas en que se recibe y se calibra el equipo se plasma a continuación, así como las condiciones con las que contaba el ambiente al momento de la calibración.

FECHA RECEPCIÓN	13 de febrero de 2025
FECHA CALIBRACIÓN	13 de febrero de 2025
SITIO DE CALIBRACIÓN	ESE Hospital San José de La Palma
METROLOGO	Ingeniera Alejandra Vargas