

REPORTE DE CALIBRACIÓN

Amedicsion CERTIFICADO NO.



TRAZABILIDAD INSTRUMENTO EQUIPO PATRÓN

Medición S.A.S garantiza la trazabilidad de sus equipos patrón utilizados para establecer la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones en laboratorios competentes, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025-2017.

~ medic	5100-14-
EQUIPO	SIMULADOR
MARCA	FLUKE
MODELO	IMPULSE 7000DP
SERIE	2891014
NO.	CG-2707-23
CERTIFICADO	sion sas

medi	csion
RANGO	10-360J
RESOLUCIÓN	0.11
FECHA	23-07-11
CALIBRACIÓN	
PROXIMA	25-07-11
CALIBRACIÓN	
CALIBRADO POR	SED AND GAD
	sion

INFORMACION RELEVANTE

La información acerca del sitio de medición, así como las fechas en que se recibe y se calibra el equipo como se plasma a continuación, así como las condiciones con las que contaba el ambiente al momento de la calibración.

FECHA DE RECEPCIÓ	medicsion k
FECHA DE CALIBRACIÓN	
SITIO DE CALIBRACIÓN	medicsion
METROLOGO	
Medicsion	Mmedicsion (a)















CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO

CONDICION	MIN	MAX	
TEMPERATURA (C°)			
PRESION BAROMETRICA (hPa)	√medicsion		
HUMEDAD RELATIVA %hr			
HUMEDAD RELATIVA %hr	-d m	edicsing was	

MEDICIONES OBTENIDAS

Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón, y registrando los valores que entrego el equipo en las magnitudes de voltaje amperaje y vatiaje.

~ medi			Medica	
MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA				
medi	csion		medics	sion (as

CANAL 1

TIPO DE CORRIENTE	medicsion
2.012	9.03

INTENSIDAD	2	4	6	8
VOLTAJE	SION S.D.S		Medicsio	N-5.0.5
CORRIENTE				

medicsion	M medicsion		
Will College Page 1	EQUIPO	PATRON	
FRECUENCIA SELECCIONADA			
	40	redicsion	

NORMAL

MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA				

TIPO DE CORRIENTE

INTENSIDAD	sion 2	4	4)mealcsic	S.a.s 8
VOLTAJE				





medicsion

medicsion







CORRIENTE				
-√medic	sion	EQUIPO	PATRON	an sas
FRECUENCIA SELEC	CCIONADA			
√medic	sion sa		medicsi	UII-Sas
MODULACION			1	
MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA				
TIPO DE CORRIENT		Т	medicsi	on sas
INTENSIDAD VOLTAJE	Sion 2	4	√me ₆ Jicsl	CD 5.8.2 8
CORRIENTE				
Medic	sion sas		medicsi	On the last
		EQUIPO	PATRON	
FRECUENCIA SELEC	CCIONADA		1	
AMEDIC	SION sas		medicsi	On sas
medic	sion	CANAL 2	medicsi	On Sas
TIPO DE CORRIENT	TE BURS	Т	medicsi	On 5.83
INTENSIDAD VOLTAJE CORRIENTE	sion 2	4	4medicsi	8 CT1-5.0.5
Amedics		EQUIPO	Amedicsi PATRON	on
FRECUENCIA SELEC	CCIONADA			
medic	sion sas		medicsi	On-Sas
NORMAL				
MAGN <mark>ITUD SIGLA</mark>	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
	sion		medicsi	on 5.0.5







TIPO DE CORRIENT	TE BURST	- 1			
22			5		16.
INTENSIDAD	sion 2	4	me	6	3.8.5
VOLTAJE	_		 	-	
CORRIENTE			1		1.0
Ameoic	Sion sas	Mmedicsion			
		EQUIPO	F	PATRON	
FRECUENCIA SELEC	CCIONADA		Jane	edicsio	
MODULACION	sion sos		√m(edic <mark>sio</mark>	∏ -5.0.5
MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIEN	NTE I	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA	Sipo L		-lm	edicsio	
	5.6.5				5.8.5
TIPO DE CORRIENT		-	-lm	edic <mark>sio</mark>	∏- _{5.0.5}
INTENSIDAD	2	4		6	8
VOLTAJE	tron la O		A COL	articsin	
CORRIENTE	SIUIT Sas		40111	2010510	5.0.5
	sinn	EQUIPO	-don	PATRON	
FRECUENCIA SELEC	CIONADA				3.0.3
-\medic	sion sas		4m	edic <mark>sio</mark>	∩ _{5as}
√medic		CANAL 3	-\m	edicsio	□ 503
TIPO DE CORRIENT	TE BURST				
medics	innha		~\me	edicsio	n
INTENSIDAD	2	4		6	8
VOLTAJE			<u> </u>		
CORRIENTE	sion		Am	edicsio	
	5.0.5				5.0.5
		EQUIPO	F	PATRON	
FRECUENCIA SELEC			100	edicsio	
Will Core.	5.8.5		20 1.0	-0,00	5.8.5











NORMAL

MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA	SIUIT-S.B.S		Medicsi	30.5

TIPO DE CORRIENTE	BURST	√medicsion
		5.0.54

INTENSIDAD	2	4	6	8
VOLTAJE	SION Sas		Medicsio	T-5.0.5
CORRIENTE				

medicsion	medicsing		
5.8.9	EQUIPO	PATRON	
FRECUENCIA SELECCIONADA			
medicsion	-d	medicsion L	

MODULACION

medic	cina		medicei	
MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA				

medicsion		medicsion
TIPO DE CORRIENTE	BURST	9.0.5

INTENSIDAD	Sion 2	4	-√me6dicsio	□ s n s 8
VOLTAJE				
CORRIENTE				
medic	sion sas		-√medicsio	□ 5 a 3

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	40	redicsion (**)

-medicsion



CANAL 4

TIPO DE CORRIENTE	BURST	-\medicsion

INTENSIDAD	2	4	6	8
VOLTAJE	sion sau		- medicsio	5.0.5
CORRIENTE				











	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA		
medicsion	~ 0	redicsion

NI	\cap) N (ΊΔΙ

- medic	SIDN	- medicsion-			
MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)	
SIGLA					

|--|

TIPO DE CORRIENTE	BURST

medic	sion		medicsion			
INTENSIDAD	2	4	6	8		
VOLTAJE						
CORRIENTE	sing L		medicsin			

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	40	redicsion
		_

MODULACION DIESION

~\m	edi	CS	on	500
-----	-----	----	----	-----

medicsion

MAGNITUD	FRECUENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PERIODO(TIEMPO)
SIGLA	Tion I		modicei	
MILLEDIC			WILLCOIL	

TIPO DE CORRIENT	TE BURS	Т		
-\medic	sion sas		medics	ion ,
INTENSIDAD	2	Д		

INTENSIDAD	2	4	6	8
VOLTAJE	sion		medicsio	
CORRIENTE				

medicsion	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA		
√medicsion	M	medicsion (a.s.)















Se realiza un estudio a los datos y se realiza el grafico que presentó el conjunto de datos obtenido dando como resultado el siguiente gráfico:

-medicsion

-medicsion

CANAL 1

-medicsion

-medicsion ...

medicsion ...

medicsion

medicsion

medicsion ...

medicsion

medicsion



medicsion



medicsion



medicsion

CANAL 2





-medicsion



-medicsion



-medicsion





medicsion ...



medicsion ...









CANAL 3

				4
The second	DI	DE	1	4
-/m			1 200	
			733.52,5	

-Imedicsion

-medicsion

-medicsion

-medicsion ...

medicsion

medicsion ...

-Imedicsion

-medicsion

-medicsion

medicsion

-medicsion

-medicsion

- CANAL 4
- -medicsion

-medicsion -

-medicsion

-medicsion

-medicsion

-medicsion

-medicsion ...

-medicsion -

-Imedicsion -

-medicsion

-medicsion

-medicsion

-medicsion

-medicsion

Amedicsion ...

-medicsion



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que el equipo mantenga su precisión a lo largo del tiempo

1	m	P	di	CS	io	hand	
		-		-		 5,8,5	

Este informe proporciona una visión general de la calibración del electro estimulador, destacando la importancia de los parámetros estadísticos para evaluar su desempeño.







