

# Certificado de calibración

NO. I0112246007

## INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD

TEMPERATURA

EQUIPO

INCUBADORA NEONATAL

MARCA

NINGBO

MODELO

YP-90A

SERIE

06110106007

ACTIVO FIJO

N.R

UNIDAD DE MEDIDA

°C

RESOLUCION

0.1 °C

RANGO DE MEDICION

20 - 40 °C

## INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE

E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

DIRECCION SOLICITANTE

CR 5 26 03 PUERTO BOYACA

UBICACION

HOSPITALIZACION PEDIATRIA

FECHA DE CALIBRACION

11 de diciembre de 2024

NUMERO DE PAGINAS

6

## FIRMAS AUTORIZADAS



Ruben Dario Ospina Lagos

Calibró



Katherine Mosquera

Revisó

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S