

### MEDICIONES OBTENIDAS

Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón, y se registraron los siguientes valores de temperatura

TEMPERATURA	26.29	26.82	27.3	27.79	28.84	28.1	29.18	29.47
PRIMERA	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0

TEMPERATURA	29.9	30.67	30.23	31.0	31.62	32.05	32.32	32.63
PRIMERA	30.6	31.0	31.6	32.0	32.6	33.0	33.5	34.0

Al graficar los errores obtenidos respecto al patrón en las magnitudes se obtuvieron los siguientes resultados:

ERROR PROMEDIO	0.630625
DESVIACIÓN ESTANDAR	0.4976272869