

CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO

CONDICION	MIN	MAX
TEMPERATURA (°C)	26.5	29.2
PRESION BAROMETICA (hPa)	1010	
HUMEDAD RELATIVA %hr	45	56

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACION

TEMPERATURA	26.2
HUMEDAD RELATIVA	49

MEDICIONES OBTENIDAS

Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón y se registraron los siguientes valores de FC, amplitud y forma de onda

	mW/cm ²
PRIMERA	1750.0
SEGUNDA	1700.0
TERCERA	1700.0
CUARTA	1700.0
QUINTA	1750.0

	LUX
PRIMERA	559.0
SEGUNDA	549.0
TERCERA	553.0
CUARTA	561.0
QUINTA	558.0