

MEDICIONES OBTENIDAS

Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón, y se registraron los siguientes valores de temperatura

TEMPERATURA	28.99	30.9	31.55	32.55	32.05	33.07	33.56	34.5
PRIMERA	28.1	29.3	29.8	30.5	30.1	30.9	31.3	32.0

TEMPERATURA	34.06	35.03	35.57	36.5	36.0	38.51	38.42	38.47
PRIMERA	31.6	32.5	32.9	33.4	34.4	37.1	37.1	37.0

Al graficar los errores obtenidos respecto al patrón en las magnitudes se obtuvieron los siguientes resultados:

ERROR PROMEDIO	-1.983125
DESVIACIÓN ESTANDAR	0.5890299228