

MEDICIONES OBTENIDAS

Se llevaron a cabo múltiples mediciones utilizando el equipo con un equipo patrón, y se registraron los siguientes valores de temperatura

TEMPERATURA	26.91	27.07	27.39	27.86	28.23	28.68	28.77	28.95
PRIMERA	27.6	28.1	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0

TEMPERATURA	29.22	29.44	29.7	30.04	30.41	30.78	31.09	31.44
PRIMERA	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0

Al graficar los errores obtenidos respecto al patrón en las magnitudes se obtuvieron los siguientes resultados:

ERROR PROMEDIO	2.13875
DESVIACIÓN ESTANDAR	0.9662013248