

# Certificado de calibración

NO. P041302255950

## INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD

PRESION

EQUIPO

ESFIGMOMANOMETRO

MARCA

WELCH ALLYN

MODELO

PARED

SERIE

110322145950

ACTIVO FIJO

N.R

UNIDAD DE MEDIDA

mmHg

RESOLUCION

2mmHg

RANGO DE MEDICION

40 - 280

## INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE

ESE Hospital San Jos de La Palma

DIRECCION SOLICITANTE

Cra. 5 #1-04

UBICACION

CONSULTORIO 1

FECHA DE CALIBRACION

13 de febrero de 2025

NUMERO DE PAGINAS

5

## FIRMAS AUTORIZADAS



**Ingeniera Alejandra Vargas**

Calibró



**Katherine Mosquera**

Revisó

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S