

CERTIFICADO NO.



TRAZABILIDAD INSTRUMENTO EQUIPO PATRÓN

Medición S.A.S garantiza la trazabilidad de sus equipos patrón utilizados para establecer la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones en laboratorios competentes, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:201750-200

EQUIPO	ICSION
MARCA	irsinn
MODELO	
SERIE	ILSIUI H _{Sa.s}
NO. CERTIFICADO	icsion 5.8.

1		sion.
	RANGO	SIGI P _{5.0.9}
	RESOLUCION	sinn
	FECHA DE	
	CALIBRACION	
	PROXIMA CALIBRACION	SIUI H _{s.a.s}
	CALIBRADO POR	sion sas

medicsion INFORMACIÓN RELEVANTE medicsion

La información acerca del sitio de medición, así como las fechas en que se recibe y se calibra el equipo se plasma a continuación, así como las condiciones con las que contaba el ambiente al momento de la calibración.

medicsion		medicsion
FECHA DE RECEPCION	5. 8. 5	
FECHA DE CALIBRACION	1.5	-medicsion
SITIO DE CALIBRACION		
METROLOGO	1.0.9	medicsion















CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO

CONDICTORES TEMBER (TIMES BIR STITE)							
~/m	edicsion	m	edirsing	1			
47.00	5.8.9			5.8,5			
	CONDICIÓN	MIN	MAX				
	CONDICION	IVIIIV	IVI/V				
1				1 0			
M	TEMPERATURA (C°)	m	edicsion	1-4-6			
1250.00				3.0.3			
	DDECIGN DADONAETDICA (I D)						
	PRESION BAROMETRICA (hPa)						
1				1.0			
M	HUMEDAD RELATIVA %hr	~\m	20105101	5.8.5			
	HOWILDAD RELATIVA 70111						

Medicsi INCERTIDUMBRE COMBINADA medicsion

El cálculo de la incertidumbre expandida se obtiene por el producto del factor (k) de 2 para un nivel de confianza del 95% por el resultado de la incertidumbre combinada que es la sumatoria de las incertidumbres asociadas a la medición y al método siendo su cálculo la raíz cuadrada del cuadrado de la incertidumbre tipo A que es la relacionada con el método mas las incertidumbres tipo B que son asociados al equipo, al patrón y al ambiente que en este caso es calculada con la temperatura.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA		
INCERTIDUMBRE COMBINADA	medics	inn
5.8.9	,,,,,	5.8.5

$$\mathbf{U} = 2 * \mu_{Combinada}$$

$$\mathbf{U} = 2 * \mu_{Combinada}$$

$$\mathbf{Medicsion}$$

METODO DE CALIBRACION

Se emplea un enfoque de comparación directa con masas patrón de acuerdo con la normativa SIM MWG7/c-g-01/v.00:2009 (Guía para la calibración deinstrumentos de pesaje de funcionamiento no automático) en este certificadose determinan las variaciones en las pruebas de repetibilidad, excentricidad yerrores de indicación, siguiendo el procedimiento B-LC-PR-01 para la calibración de básculas mediante comparación directa con masas patrón.


















MEDICIONES OBTENIDAS medicsion

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

La prueba de excentricidad consiste en evaluar la bascula en puntos diferentes al centro del platillo de la báscula. Se realiza con la pesa de prueba colocada en diferentes posiciones del receptor de carga, de tal manera que se pueda descubrir la diferencia causada por la ubicación de la carga. Este fue el esquema que se usó para realizar dicha prueba en la báscula de piso:



Al realizar la ubicación de cada una de las masas en las diversas posiciones los resultados obtenidos fueron los siguientes:



PRUEBA ERRORES DE LAS INDICACIONES

Se realizan las mediciones en comparación directa con la báscula con el fin de observar la diferencia que entrega con respecto al patrón es decir el error que tiene el equipo, después de realizar el proceso se obtuvieron los siguientes resultados.

-medicsion -medical -medicsion -medical -medicsion -medical -medicsion -medicsion -medical -medicsion -medical -medicsion -medical					1.5			
KG	10	15	20	25	30	35	80	90
PRIMERA	SION	0.0.9			WANT.	PUILS	ION-S.	S
SEGUNDA	sion				Alm	edics	ion.	

1	mer	TICSIC	-	_
			 3.5	
ERROR				

Se halló el promedio del grupo de errores obtenidos en el grupo de datos y la desviación estándar que había entre los mismos y este fue el resultado:

ERROR PROMEDIO

DESVIACION ESTANDAR


-medicsion -

-medicsion

Al graficar los errores obtenidos respecto al patrón el cual era el peso emitido por el equipo de basculas, se obtuvo el siguiente resultado:



Posteriormente se realiza un estudio a los datos y se realiza el grafico de la desviación estándar que presentó el conjunto de datos de los errores de la báscula, dando como resultado el siguiente gráfico:



medicsion -

La gráfica muestra el análisis de los errores de la báscula comparando los valores de peso de referencia con las desviaciones observadas. Las barras amarillas indican la dispersión de los errores en cada peso, mientras que los puntos naranjas representan el promedio de error. Los diamantes azules destacan lecturas individuales fuera del promedio, ayudando a identificar posibles inconsistencias en las mediciones. Este gráfico permite evaluar la precisión y estabilidad de la báscula en diferentes rangos de peso.







Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que la báscula mantenga su precisión y exactitud a lo largo del tiempo

1	m	ed	CS	ion	5.0.9	
					75.0.5	















medicsion

