

Certificado de calibración

NO. M05071124249

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	PRESTIGE
MODELO	N.R
SERIE	NR
ACTIVO FIJO	249
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	1KG
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	PIC
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M06071124250

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	PRESTIGE
MODELO	N.R
SERIE	NR
ACTIVO FIJO	250
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	1KG
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	PIC
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M07071124040

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	SOEHNLE
MODELO	N.R
SERIE	NR
ACTIVO FIJO	040
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	500 gr
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	PIC
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M08071124248

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	BADECOL
MODELO	N.R
SERIE	NR
ACTIVO FIJO	248
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	1KG
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	PIC
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M11071124023

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	HEALTH O METER
MODELO	N.R
SERIE	NR
ACTIVO FIJO	023
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	500 gr
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	CONSULTORIO ENFERMERIA
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M040711241766

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	HEALTH O METER
MODELO	160KGWA
SERIE	160 0021766
ACTIVO FIJO	N.R
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	500 gr
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	MEDICINA GENERALCONSULTORIO 1
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S

Certificado de calibración

NO. M090711241767

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	HEALTH O METER
MODELO	160K
SERIE	1600021767
ACTIVO FIJO	123
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	500 gr
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	CONSULTORIO ENFERMERIA
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M100711241613

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	HEALTH O METER
MODELO	142K
SERIE	1420051613
ACTIVO FIJO	166
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	1KG
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

Certificado de calibración

NO. M120711241612

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	KG
EQUIPO	BASCULA DE PISO
MARCA	HEALTH O METER
MODELO	142KL
SERIE	1420051612
ACTIVO FIJO	015
UNIDAD DE MEDIDA	Kg
RESOLUCION	1KG
RANGO DE MEDICION	10 - 90

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
DIRECCION SOLICITANTE	CALLE 9 #7 - 38 CUCAITA, BOYACA
UBICACION	CONSULTORIO 2
FECHA DE CALIBRACION	7 DE NOVIEMBRE DEL 2024
NUMERO DE PAGINAS	6

FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.