

- 2.5 Методика поверки для емкостных датчиков давления – МП 62291-15, для тензорезистивных – МП 62292-15.
- 2.6 Межповерочный интервал составляет 5 лет;
- 3 года для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075\%$;
- 4 года для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075\%$, при условии корректировки нулевого значения раз в 6 месяцев.
- 2.7 Раздел 6 заполняется предприятием-изготовителем, раздел 7 организацией-продавцом, раздел 10 пользователем.

3 Комплектность

Наименование	Кол-во
Датчик давления	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.*
Паспорт (настоящий документ)	1 экз.
Методика поверки	1 экз.**
Инструкция по обеспечению взрывозащиты (только для Ex-исполнения изделий)	1 экз.**
Принадлежности по заказу	
* Допускается комплектовать одним экземпляром каждые десять изделий, поставляемых в один адрес. Документы можно скачать в электронном виде на сайте изготовителя.	
** Поставляется по особому заказу.	

4 Сведения о транспортировке и хранении

- 4.1 Изделие может перевозиться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние, при этом индивидуальная потребительская тара может дополнительно помещаться в транспортную тару.