

Датчик давления может быть изготовлен в многодиапазонном исполнении (2 или 3 диапазона). Для таких изделий сведения по изменению применяемого диапазона заносятся в таблицу:

№	Установленный диапазон	Дата	Ф. И. О.	Подпись
---	------------------------	------	----------	---------

Условия эксплуатации указаны в соответствующем Руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте www.piezus.ru. Для обеспечения взрывозащитного применения датчиков схемы подключения дополнительных компонентов приведены в документе «Инструкция по обеспечению взрывозащиты».

2 Общие сведения

- 2.1 Датчик давления (далее «датчик» или «изделие») предназначен для непрерывного преобразования давления газов и некристаллизующихся жидкостей в цифровой сигнал, электрический аналоговый унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.
- 2.2 Область применения системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, и в коммунальном хозяйстве.
- 2.3 Описание датчика, требования и рекомендации по монтажу, подключению, техническому обслуживанию и другие сведения приведены в руководстве по эксплуатации и спецификации изделия.
- 2.4 Датчик выпускается по ТУ 26.51.52.130-000-7722857693-2017 (идентичен ТУ 4212-000-7722857693-15).