

Raport z analizy Disk Diffusion


Data: 2026-07-03 (audyt faza 2)
Bakteria: E. coli
Post-hoc: holm
Grupa referencyjna (kontrola, do której porównywano istotność): Kontrola negatywna (Woda)

Niniejsza analiza porównuje średnice stref zahamowania metodami statystycznymi (test istotności + wielkość efektu) i NIE wylicza klinicznych kategorii S/I/R (Susceptible/Intermediate/Resistant) wg CLSI (M100) ani EUCAST.


Statystyki Opisowe

Grupa	Średnia (mm)	SD (między-biologiczne)	n_bio	n_tech
EkstraktX (50 mg/ml)	16.33	1.41	2	6
Kontrola negatywna (Woda)	0.00	0.00	2	6
Kontrola pozytywna (Ampicylina)	27.00	0.47	2	6

Wykres Porównawczy (Główny)



Trend Zależności od Dawki



Werdykt Statystyczny (Istotne różnice)

Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.