



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



LISTA DE VERIFICACION PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HABILITACION

La renovación de habilitación es extendida a los laboratorios que demuestran mejora continua y/o sostenibilidad de su sistema de gestión de calidad, marco Normativo aprobado por R.M. 0202

Resultados de la evaluación INSITU a Laboratorio: **LAB PRUEBA 2**

Gestión: 2026

ART.	INC.	REQUISITO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVAL.	OBSERVACIONES	SEGUNDA EVALUACIÓN TRAS OBSERVADO
I. DE LAS INSTALACIONES (Ponderación: 20%)					
Art. 40	a	¿El laboratorio se encuentra construido en zona no vulnerable a desastres, y está instalado en área independiente al ambiente de una vivienda? [Criterio: Verificar el área de construcción y separación física efectiva del laboratorio con el ambiente de una vivienda.]	SI		
Art. 41	a	¿El laboratorio cuenta con sala de espera destinada al laboratorio o de uso común? [Criterio: La sala de espera es acorde a la demanda de atención del laboratorio.]	SI		
Art. 41	b	¿El laboratorio cuenta con baños para pacientes? [Criterio: La sala de espera cuenta con baño accesible para el paciente.]	SI		
Art. 41	c	¿El laboratorio cuenta con área de recepción de muestras? [Criterio: Verificar la existencia de área señalizada para recepción de muestras.]	SI		
Art. 41	d	¿El laboratorio cuenta con Ambiente de toma de muestras? [Criterio: El ambiente de toma de muestras está separada física y efectivamente del área analítica y administrativa, que asegure la privacidad del paciente.]	SI		
Art. 41	e	¿El laboratorio cuenta con un Área o ambiente administrativo? [Criterio: Verificar la existencia de un área o ambiente exclusivo para administración.]	SI		
Art. 41	f	¿El laboratorio cuenta con el ambiente de procesamiento analítico de muestras separado y diferenciado? [Criterio: El ambiente de procesamiento general tiene separación física y efectiva de áreas técnicamente incompatibles.]	SI		
Art. 41	g	¿Cumple el ambiente de procesamiento analítico con las dimensiones mínimas de 16 m ² ? [Criterio: Verificar las medidas mínimas.]	SI		
Art. 41	h	¿El laboratorio cuenta con ambiente separado para microbiología? * [Criterio: Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente exclusivo para microbiología.]	SI		
Art. 41	i	¿* El laboratorio cuenta con ambiente separado para preparación de medios para microbiología? * [Criterio: Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente exclusivo para preparación de medios para microbiología.]	SI		
Art. 41	j	¿El laboratorio cuenta con área de lavado de materiales? [Criterio: Verificar si el laboratorio cuenta con un área de lavado de materiales.]	SI		
Art. 41	k	¿El laboratorio cuenta con un área o ambiente de depósito para almacenamiento de reactivos, materiales e insumos? [Criterio: Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente o área identificada para depósito o almacenamiento de reactivos, materiales e insumos.]	SI		
Art. 41	l	¿El laboratorio cuenta con vestidor o casilleros para el personal de laboratorio? [Criterio: Verificar la existencia de vestidor o casilleros individuales para el guardado de ropa y enseres personales.]	SI		
Art. 41	m	¿El laboratorio tiene baños para el personal de laboratorio? [Criterio: Verificar la existencia de baños para el personal de laboratorio.]	SI		
Art. 41	n	¿El laboratorio tiene un área de descanso para el personal cuando se hacen turnos de guardia? [Criterio: Verificar el área de descanso cuando aplique.]	SI		
Art. 42	a	El laboratorio tiene techos lisos, impermeables y lavables libres de fisura [Criterio: Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio.]	SI		
Art. 42	b	El laboratorio tiene Paredes revocadas, lisas, pintadas con material impermeable, colores mate, libres de fisuras [Criterio: Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio.]	SI		
Art. 42	c	El laboratorio tiene Pisos lisos, lavables, libres de fisuras [Criterio: Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio.]	SI		
Art. 42	d	El laboratorio tiene Puertas y ventanas impermeables y lavables con protectores para vectores [Criterio: Verificar la calidad de los materiales de las puertas y ventanas del laboratorio.]	SI		
Art. 42	e	El laboratorio cuenta con Mesones rígidos con superficies lisas, impermeables y lavables con el ancho de medidas estándar [Criterio: Verificar la calidad y cantidad de mesones.]	SI		
Art. 43	a	El laboratorio cuenta con iluminación natural y artificial adecuada [Criterio: Verificar la calidad de iluminación.]	SI		



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



ART.	INC.	REQUISITO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVAL.	OBSERVACIONES	SEGUNDA EVALUACIÓN TRAS OBSERVADO
Art. 43	b	¿Se cuenta con ventilación natural o artificial adecuada? [Criterio: Verificar la calidad de ventilación.]	SI		
Art. 43	c	¿Extractor de aire? (si aplica) [Criterio: Verificar funcionamiento de extractor.]	SI		
Art. 43	d	¿Aire acondicionado? (si aplica) [Criterio: Verificar sistema de climatización si aplica.]	SI		
Art. 43	e	¿El laboratorio cuenta con puntos de agua potable? [Criterio: Verificar las conexiones de agua potable continua.]	SI		
Art. 43	f	¿El laboratorio cuenta con instalaciones eléctricas? [Criterio: Verificar la instalación de energía eléctrica segura.]	SI		
Art. 43	g	¿El laboratorio utiliza un tomacorrientes para cada equipo? [Criterio: Verificar los puntos de toma corriente exclusivos sin sobrecarga.]	SI		
Art. 43	h	¿La instalación eléctrica cuenta con línea a tierra y estabilizadores de corriente? [Criterio: Verificar la instalación con línea a tierra y estabilizadores de corriente.]	SI		
Art. 43	i	¿El laboratorio cuenta con puntos de desagüe? [Criterio: Verificar los puntos de desagüe y sifones.]	SI		
Art. 43	j	¿El laboratorio cuenta con lavaderos de material impermeable? [Criterio: Verificar la calidad de los lavaderos.]	SI		
Art. 43	k	¿El laboratorio cuenta con alcantarillado o pozo séptico? [Criterio: Verificar la instalación sanitaria legal.]	SI		
Art. 44	a	¿El laboratorio tiene señalización de acceso restringido a los ambientes del laboratorio? [Criterio: Verificar la señalización de advertencia y restricción de paso.]	SI		
II. DE LOS REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS (Ponderación: 15%)					
Art. 47	a	¿El laboratorio dispone de equipos necesarios acorde a la oferta de servicios? [Criterio: Verificar si cuenta con equipos enumerados en el Anexo 3 del Reglamento General de Habilitación por especialidades.]	SI		
Art. 47	b	¿Cuenta con silla de toma de muestra? [Criterio: Verificar existencia y estado ergonómico con descansabrazos.]	SI		
Art. 47	c	¿Cuenta con camilla para toma de muestras? [Criterio: Verificar existencia de camilla ginecológica o clínica.]	SI		
Art. 48	a	¿El laboratorio cuenta con un inventario actualizado de los Equipos? [Criterio: Verificar existencia de inventario y Kardex de los Equipos.]	SI		
Art. 48	b	¿El laboratorio cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de equipos? [Criterio: Verificar Fichas técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo.]	SI		
Art. 48	c	¿El laboratorio cuenta con registros de control de temperatura de los diferentes equipos? [Criterio: Verificar existencia de registros de control de temperaturas, refrigerador, baño María y estufas.]	SI		
Art. 48	d	¿El laboratorio cuenta con registros de control de temperatura de equipos de uso en el área de bacteriología? * [Criterio: Verificar existencia de registros de control de temperatura de estufa de incubación, estufa pupinel, refrigerador del área de bacteriología.]	SI		
Art. 48	e	¿El laboratorio cuenta con Procedimientos técnicos escritos de uso de los equipos? [Criterio: Verificar la existencia de procedimientos técnicos de uso de cada uno de los equipos (POEs).]	SI		
Art. 48	f	¿El laboratorio cuenta con fichas de registro histórico de cada equipo? [Criterio: Verificar la existencia de fichas de Registro y trazabilidad de los equipos.]	SI		
III. DE LOS REQUISITOS DE REACTIVOS (Ponderación: 15%)					
Art. 49	a	¿El laboratorio cuenta con un inventario de los reactivos en uso, y de fecha vigente? [Criterio: Verificar el Inventario General de Reactivos y fechas de vencimiento.]	SI		
Art. 49	b	¿El laboratorio cuenta con fichas de Reactivos en uso con fecha vigente? [Criterio: Verificar las fichas y fechas de caducidad de los reactivos.]	SI		
Art. 49	c	¿El laboratorio cuenta con reactivos preparados en laboratorio con identificación y fecha de elaboración? [Criterio: Verificar los Reactivos preparados, rótulos con identificación, concentración y fechas de elaboración.]	SI		
Art. 49	d	¿El laboratorio cumple las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante de reactivos? [Criterio: Verificar la conservación adecuada (cadena de frío, protección de luz, humedad).]	SI		
Art. 51	a	¿El laboratorio cuenta con la lista de reactivos con Registro Sanitario vigente?	SI		



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



ART.	INC.	REQUISITO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVAL.	OBSERVACIONES	SEGUNDA EVALUACIÓN TRAS OBSERVADO
		[Criterio: Verificar la lista de reactivos con Registro Sanitario otorgado por AGEMED.]			
IV. DE LOS RECURSOS HUMANOS (Ponderación: 10%)					
Art. 29	a	¿El Laboratorio cuenta con un Regente Bioquímico? [Criterio: Verificar título habilitante en Provisión Nacional y Matrícula del profesional Bioquímico Regente.]	SI		
Art. 29	b	¿El Laboratorio cuenta con profesionales Bioquímicos por áreas? [Criterio: Verificar título habilitante del personal profesional Bioquímico asignado.]	SI		
Art. 29	c	¿El Laboratorio cuenta con Técnicos Superiores de Laboratorio? [Criterio: Verificar título habilitante del Técnico Superior de Laboratorio.]	SI		
Art. 29	d	¿El Laboratorio cuenta con personal auxiliar de laboratorio? (Secretaria, manuales y otros) [Criterio: Verificar la certificación e inducción del personal auxiliar de Laboratorios.]	SI		
V. DE LA GESTIÓN DE CALIDAD (Ponderación: 20%)					
Art. 52	a	¿El Laboratorio se encuentra Registrado ante la autoridad Competente? [Criterio: Verificar registro o resolución de autorización de apertura en lugar visible.]	SI		
Art. 52	b	¿El Laboratorio cuenta con la descripción de su Misión y Visión? [Criterio: Verificar la descripción documentada de la Misión y Visión.]	SI		
Art. 52	c	¿El Laboratorio cuenta con su organigrama y descripción de funciones? [Criterio: Verificar existencia del organigrama y manual de funciones.]	SI		
Art. 52	d	¿El Laboratorio cuenta con la lista de las determinaciones que oferta a los usuarios? [Criterio: Verificar la lista de determinaciones y cartera de servicios ofertada.]	SI		
Art. 52	e	¿El Laboratorio cuenta con el personal capacitado para las funciones que realizan? [Criterio: Verificar certificaciones de capacitación del personal, registro de capacitaciones y cronograma anual.]	SI		
Art. 52	f	¿El Laboratorio cuenta con Procedimientos Técnicos escritos para las pruebas que realiza? [Criterio: Verificar los Procedimientos Técnicos escritos (insertos provistos por fabricantes acordes con el lote de reactivo en uso).]	SI		
Art. 52	g	¿El Laboratorio cuenta con Criterios de Aceptación y Rechazo de Muestras de forma escrita? [Criterio: Verificar el documento de criterios de aceptación y rechazo y guías para garantizar la calidad analítica.]	SI		
Art. 52	h	¿El laboratorio cuenta con sistema de control de la documentación y Mantiene actualizados sus registros? [Criterio: Verificar que los registros se encuentran al día a la fecha de inspección.]	SI		
Art. 52	i	¿El laboratorio cuenta con un manual de Toma y Manejo de muestras? [Criterio: Verificar Manual de toma y manejo de muestras disponible para el personal técnico.]	SI		
Art. 52	j	¿El laboratorio cuenta con un sistema de control de calidad interno? [Criterio: Verificar registros de Control de Calidad Interno (gráficas de Levey-Jennings) y acciones correctivas aplicadas.]	SI		
Art. 52	k	¿El laboratorio participa al menos de un programa de evaluación externa de la calidad? [Criterio: Verificar constancia y resultados de participación en programas de evaluación externa (PEEC / redes de vigilancia).]	SI		
Art. 52	l	¿El laboratorio cuenta con un sistema de información que asegure la confidencialidad, integridad y restricción del acceso? [Criterio: Verificar acceso restringido a la información y compromiso escrito de confidencialidad del personal.]	SI		
Art. 52	m	¿El laboratorio cuenta con convenios, contratos escritos para la derivación de muestras a otros laboratorios? [Criterio: Verificar convenios o contratos de derivación vigentes con laboratorios de referencia autorizados.]	SI		
Art. 53	a	¿El laboratorio cumple la emisión del informe de resultados con el formato oficial indicado en el Art. 2.10? [Criterio: Verificar que el formato de los informes de resultados cumple con la normativa SEDES.]	SI		
Art. 55	a	¿El laboratorio cuenta con un registro de liberación de resultados? [Criterio: Verificar registro de entrega a paciente ambulatorio, médico tratante, representante legal o personal de piso.]	SI		
Art. 56	a	¿El laboratorio cumple con la notificación inmediata de los resultados que impliquen un riesgo de salud pública? [Criterio: Verificar registro de informes a médicos solicitantes ante valores de alerta crítica.]	SI		
Art. 56	b	¿El laboratorio cumple con la información y notificación obligatoria a la autoridad	SI		



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



ART.	INC.	REQUISITO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVAL.	OBSERVACIONES	SEGUNDA EVALUACIÓN TRAS OBSERVADO
		sanitaria? [Criterio: Verificar registro de informes del formulario 303 para vigilancia epidemiológica.]			
Art. 60	a	¿El laboratorio cuenta con archivos de registros de los cinco años? [Criterio: Verificar custodia de archivos por 5 años en condiciones que aseguren su integridad y rápida recuperación.]	SI		
VI. DE LA BIOSEGURIDAD (Ponderación: 10%)					
Art. 61	a	¿El laboratorio cuenta con un programa de control de salud ocupacional del personal y con la aplicación del esquema de vacunación completa? [Criterio: Verificar las fichas médicas y carnets de vacunación completa de cada funcionario del laboratorio.]	SI		
Art. 61	b	¿El laboratorio cuenta con los recursos previstos para dotar de los insumos necesarios para el cumplimiento de la Norma de Bioseguridad y de Residuos? [Criterio: Verificar los POAS y gestiones administrativas para confirmar la dotación continua de EPPs y bolsas/recipientes RPBI.]	SI		
Art. 61	c	¿El laboratorio cuenta con la última evaluación realizada por COSBES? [Criterio: Verificar y solicitar copia de la evaluación del Comité Departamental de Bioseguridad.]	SI		
Art. 61	d	¿El laboratorio cuenta con un sistema de gestión de bioseguridad implementado? [Criterio: Verificar manuales de bioseguridad y protocolos de contingencia ante derrames o accidentes.]	SI		
VII. DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS (Ponderación: 5%)					
Art. 69	a	¿El laboratorio cuenta con un Código de Ética escrito y de conocimiento de todo el personal del laboratorio? [Criterio: Verificar el documento escrito y firmado por el personal.]	SI		
Art. 69	b	¿El Código de Ética manifiesta los principios del Laboratorio? [Criterio: Verificar instructivos que certifiquen el cumplimiento estricto de los principios éticos en la atención.]	SI		
VIII. TRAZABILIDAD (Ponderación: 5%)					
Art. 52	j (1)	FASE PREANALÍTICA [Criterio: Verificar en recepción atención al paciente, registro adecuado, instructivos para preparación de muestra, criterios de rechazo/aceptación y privacidad.]	SI		
Art. 52	j (2)	FASE ANALÍTICA [Criterio: Verificar sistema de validación de resultados, POEs al alcance de operadores y correcta utilización de reactivos e instrumental.]	SI		
Art. 52	j (3)	FASE POSANALÍTICA [Criterio: Verificar sistema adecuado de liberación de resultados, cuadernos de no conformidades y aplicación de acciones correctivas/preventivas.]	SI		

DICTAMEN TÉCNICO Y CONCLUSIONES:

El establecimiento cumple con los requerimientos técnicos y sanitarios establecidos en el Reglamento General de Habilitación de Laboratorios (R.M. 0202) del SEDES Cochabamba.

Cumplimiento: 100% (77/77 pts) | Veredicto Oficial: APROBADO