



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



LISTA DE VERIFICACION PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HABILITACION

La renovación de habilitación es extendida a los laboratorios que demuestran mejora continua y/o sostenibilidad de su sistema de gestión de calidad, marco Normativo aprobado por R.M. 0202

Resultados de la evaluación INSITU a Laboratorio: ANXIV IIGestión: 2026

ARTICULO	INCISO	REQUISITO	CRITERIOS DE EVALUACION	SI	NO	OBSERVACIONES	SEGUNDA EVALUACION DESPUES DE OBSERVADO
DE LAS INSTALACIONES							
Art. 40	a	El laboratorio se encuentra construido en zona no vulnerable a desastres, y esta instalado en área independiente al ambiente de una vivienda?	Verificar el área de construcción y separación física efectiva del laboratorio con el ambiente de una vivienda	✓			
Art. 41	a	El laboratorio cuenta con sala de espera destinada al laboratorio o de uso común?	La sala de espera es acorde a la demanda de atención del laboratorio	✓			
	b	El laboratorio cuenta con baños para pacientes?	La sala de espera cuenta con baño accesible para el paciente	✓			
	c	El laboratorio cuenta con área de recepción de muestras?	Verificar la existencia de área señalizada para recepción de muestras	✓			
	d	El laboratorio cuenta con Ambiente de toma de muestras?	El ambiente de toma de muestras está separada física y efectivamente del área analítica y administrativa, que asegure la privacidad del paciente	✓			
	e	El laboratorio cuenta con un Área o ambiente administrativo?	Verificar la existencia de un área o ambiente exclusivo para administración	✓			
	f	El laboratorio cuenta con el ambiente de procesamiento analítico de muestras separado y diferenciado?	El ambiente de procesamiento general tiene separación física y efectiva de áreas técnicamente incompatibles	✓			
	g	Cumple el ambiente de procesamiento analítico con las dimensiones mínimas de 16 mt ²	Verificar las medidas mínimas	✓			
	h	El laboratorio cuenta con ambiente separado para microbiología? *	Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente exclusivo para microbiología			N/S	
	i	* El laboratorio cuenta con ambiente separado para preparación de medios para microbiología? *	Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente exclusivo para preparación de medios para microbiología			N/S	
	j	El laboratorio cuenta con área de lavado de materiales?	Verificar si el laboratorio cuenta con un área de lavado de materiales.	✓			
	k	El laboratorio cuenta con un área o ambiente de depósito para almacenamiento de reactivos, materiales e insumos?	Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente o área identificada para depósito o almacenamiento de reactivos, materiales e insumos	✓			
	l	El laboratorio cuenta con vestidor o casilleros para el personal de laboratorio?	Verificar la existencia de vestidor o casilleros individuales para el guardado de ropa y enseres personales	✓			
	m	El laboratorio tiene baños para el personal de laboratorio?	Verificar la existencia de baños para el personal de laboratorio	✓			
	n	El laboratorio tiene un área de descanso para el personal cuando se hacen turnos de guardia?	Verificar el área de descanso cuando aplique			N/S	
Art. 42	a	El laboratorio tiene techos lisos, impermeables y lavables libres de fisura	Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio	✓			
	b	El laboratorio tiene Paredes revocadas, lisas, pintadas con material impermeable, colores mate, libres de fisuras	Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio	✓			
	c	El laboratorio tiene Pisos lisos, lavables, libres de fisuras	Verificar la calidad de los materiales en la construcción del laboratorio	✓			



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



	d	El laboratorio tiene Puertas y ventanas impermeables y lavables con protectores para vectores	Verificar la calidad de los materiales de las puertas y ventanas del laboratorio			
	e	El laboratorio cuenta con Mesones rígidos con superficies lisas, impermeables y lavables con el ancho de medidas estándar	Verificar la calidad y cantidad de mesones			
Art. 43	a	El laboratorio cuenta con iluminación natural y artificial adecuada	Verificar la calidad de iluminación			
	b	Se cuenta con ventilación natural o artificial adecuada?	Verificar la calidad de ventilación			
	c	Extractor de aire? (si aplica)	Verificar			
	d	Aire acondicionado (si aplica)	Verificar		N/A	
	e	El laboratorio cuenta con puntos de agua potable?	Verificar las conexiones de agua potable			
	f	El laboratorio cuenta con instalaciones eléctricas?	Verificar la instalación de energía eléctrica			
	g	El laboratorio utiliza un tomacorrientes para cada equipo?	Verificar los puntos de toma corriente			
	h	La instalación eléctrica cuenta con línea a tierra?	Verificar la instalación con línea a tierra y estabilizadores de corriente.			
	i	El laboratorio cuenta con puntos de desagüe?	Verificar los puntos de desagüe			
	j	El laboratorio cuenta con lavaderos de material impermeable?	Verificar la calidad de los lavaderos.			
	k	El laboratorio cuenta con alcantarillado o pozo séptico?	Verificar la instalación sanitaria			
Art. 44	a	El laboratorio tiene señalización de acceso restringido a los ambientes del laboratorio?	Verificar la señalización			
			DE LOS REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS			
Art. 47	a	El laboratorio dispone de equipos necesarios acorde a la oferta de servicios?	Verificar si cuenta con equipos enumerados en el Anexo 3 del Reglamento General de Habilitación por especialidades.			
	b	Cuenta con silla de toma de muestra?	Verificar existencia			
	c	Cuenta con camilla para toma de muestras?	Verificar existencia			
Art. 48	a	El laboratorio cuenta con un Inventario actualizado de los Equipos	Verificar existencia de Inventario y Kardex de los Equipos			
	b	El laboratorio cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de equipos?	Verificar Fichas técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo			CONTINUAR NO CUENTA CON S.L.O. NIFIANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
	c	El laboratorio cuenta con registros de control de temperatura de los diferentes equipos?	Verificar existencia de registros de control de temperaturas, refrigerador y baño María y Estufas			
	d	El laboratorio cuenta con registros de control de temperatura de equipos de uso en el área de bacteriología?	Verificar existencia de registros de control de temperatura de estufa de incubación, estufa pupinel, refrigerador, del área de bacteriología.		N/A	
	e	El laboratorio cuenta con Procedimientos técnicos escritos de uso de los equipos?	Verificar la existencia de procedimientos técnicos de uso de cada uno de los equipos			
	f	El laboratorio cuenta con fichas de registro histórico de cada equipo?	Verificar la existencia de fichas de Registro de los equipos			
			DE LOS REQUISITOS DE REACTIVOS			
Art. 49	a	El laboratorio cuenta con un inventario de los reactivos en uso, y de fecha vigente?	Verificar el Inventario General de Reactivos y fechas de vencimiento			
	b	El laboratorio cuenta con fichas de Reactivos en uso con fecha	Verificar las fichas y fechas de los reactivos			



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



		vigente?				
	c	El laboratorio cuenta con reactivos preparados en laboratorio con identificación y fecha de elaboración?	Verificar los Reactivos, rótulos con identificación y fechas de elaboración de reactivos	✓		
	d	El laboratorio cumplen las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante de reactivos?	Verificar la conservación adecuada de los reactivos	✓		
Art. 51	a	El laboratorio cuenta con la lista de reactivos con Registro Sanitario vigente	Verificar la lista de reactivos con registro sanitario	✓		
			DE LOS RECURSOS HUMANOS			
Art. 29	a	El Laboratorio cuenta con un Regente Bioquímico?	Verificar título habilitante del profesional Bioquímico Regente	✓		1 Bioq. M.
	b	El Laboratorio cuenta con profesionales Bioquímicos por áreas?	Verificar título habilitante del profesional Bioquímico	✓	X	
	c	El Laboratorio cuenta con Técnicos Superiores de Laboratorio?	Verificar título habilitante del Técnico Superior de Laboratorio	✓	X	
	d	El Laboratorio cuenta con personal auxiliar de laboratorio? (Secretaria, manuales y otros)	Verificar la certificación del personal auxiliar de Laboratorios	✓	X	

DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Art. 52	a	El Laboratorio se encuentra Registrado ante la autoridad Competente?	Verificar registro, o resolución de autorización de apertura en lugar visible.	✓		
	b	El Laboratorio cuenta con la descripción de su Misión y Visión?	Verificar la descripción de la Misión y Visión	✓		
	c	El Laboratorio cuenta con su organigrama y descripción de funciones?	Verificar existencia del organigrama y funciones	✓		
	d	El Laboratorio cuenta con la lista de las determinaciones que oferta a los usuarios?	Verificar la lista de determinaciones ofertadas	✓		
	e	El Laboratorio cuenta con el personal capacitado para las funciones que realizan?	Verificar certificaciones de capacitación del personal. Registro de capacitaciones realizadas en el laboratorio y cronograma de capacitaciones anuales	✓		
	f	El Laboratorio cuenta con Procedimientos Técnicos escritos para las pruebas que realiza?	Verificar los Procedimientos Técnicos escritos para las pruebas que realiza (se aceptarán los insertos provistos por los fabricantes de reactivos, siempre que los procedimientos se realicen siguiendo estrictamente las indicaciones. Se deberá verificar que el inserto corresponda con el lote de reactivo en uso).	✓		AL TUN KAMAY SEN AL LA PEPHAN 2022, 7 de mayo MAYOR
	g	El Laboratorio cuenta con Criterios de Aceptación y Rechazo de Muestras de forma escrita?	Verificar el documento de criterios de aceptación y rechazo de las muestras y guías para garantizar la calidad de la muestra.	✓		
	h	El laboratorio cuenta con sistema de control de la documentación y Mantiene actualizados sus registros?	Verificar que los registros se encuentran al día de la fecha de inspección	✓		
	i	El laboratorio cuenta con un manual de Toma y Manejo de muestras?	Verificar Manual de toma y manejo de muestras disponible para el personal de toma de muestra.	✓		
	j	El laboratorio cuenta con un sistema de control de calidad interno?	Verificar los registros de Control de Calidad Interno de cada analito, y de las medidas correctivas en caso de no conformidad para al menos un analito por área.	✓		



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



	k	El laboratorio participa al menos de un programa de evaluación externa de la calidad?	Verificar fecha y resultados de las participaciones en programas de evaluación externa de la calidad. Verificar participación en los programas organizados por redes de vigilancia.	X			
	L	El laboratorio cuenta con un sistema de información que asegure la confidencialidad, integridad y restricción del acceso de la información?	Verificar que el acceso a la información sea restringido al personal autorizado. Verificar que el personal del laboratorio tenga un compromiso de confidencialidad en forma escrita.	y			
	m	El laboratorio cuenta con convenios, contratos escritos para la derivación de muestras a otros laboratorios?	Verificar los convenios o contratos de derivación de muestras. Verificar en los registros que las derivaciones se efectúan a laboratorios contemplados en los convenios o contratos.	y			
Art. 53	a	El laboratorio cumple la emisión del informe de resultados con el formato oficial indicado en el artículo 2.10 del Procedimiento para Conducción de Inspecciones de Laboratorio?	Verificar que el formato de los informes de resultados cumple con la normativa..	y			
Art. 55	a	El laboratorio cuenta con un registro de liberación de resultados?	En el registro se deben contemplar las siguientes modalidades de entrega de resultado: -Paciente ambulatorio: -Al médico tratante. -Al profesional tratante o representante legal, si el paciente es discapacitado o menor de edad -Personal del establecimiento de salud. paciente internado cuando el paciente está internado	y			
Art. 56	a	El laboratorio cumple con la notificación inmediata de los resultados que impliquen un riesgo de salud pública?	Verificar registro de informes a médicos solicitantes	y			
	b	El laboratorio cumple con la información y notificación obligatoria a la autoridad sanitaria?	Verificar registro de informes de formulario 303 para vigilancia epidemiológica.	y		M/S	
Art. 60	a	El laboratorio cuenta con archivos de registros de los cinco años?	Verificar el tiempo de guarda de los archivos. Verificar que los archivos de registros se mantienen en condiciones que preservan su integridad y que son fácilmente recuperables.	y			

DE LA BIOSEGURIDAD

Art. 61	a	El laboratorio cuenta con un programa de control de salud ocupacional del personal y con la aplicación de los esquema de vacunación completa para el personal del laboratorio	Verificar las fichas medicas de cada funcionario del laboratorio	y			
	b	El laboratorio cuenta con los recursos previstos para dotar de los insumos necesarios para el cumplimiento de la Norma de Bioseguridad y de Residuos	Verificar los POAS y gestiones administrativas para la obtención de los recursos y confirmar la dotación al personal y el laboratorio en general	y			
		El laboratorio cuenta con la ultima evaluación realizada por COSBES	Verificar , solicitar una copia	y			
		El laboratorio cuenta con un sistema de gestión de bioseguridad implementado	verificar y evaluar	y			



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS



DE LOS PRINCIPIOS ETICOS

Art. 69	a	El laboratorio cuenta con un Código de Ética escrito y de conocimiento de todo el personal del laboratorio	Verificar el documento escrito				
	b	El Código de Ética manifiesta los principios del Laboratorio	Verificar instructivos que certifiquen el cumplimiento de los principios éticos				

TRAZABILIDAD

Art. 52	j	FASE PREANALITICA	Verificar en recepción la atención al paciente Registro adecuado Si proporcionan guías para la calidad de la muestra Verificar la existencia de instructivos para la preparación, toma de muestra y entrega adecuada de resultados Verificar si cuentan con criterios de rechazo y/o aceptación de muestras Verificar si en la toma de muestra el paciente tiene privacidad y comodidad	✓		
	j	FASE ANALITICA	Verificar si cuentan con un sistema adecuado de validación de resultados Verificar si los operadores tiene a su alcance el PO Verificar si la utilización de reactivos instrumentos e insumos están acorde al PO	✓	✓	
	j	FASE POSANALITICA	Verificar si cuentan con un sistema adecuado de liberación de resultados Verificar si cuentan con cuadernos de no conformidades si aplica acciones correctivas y preventivas	✓	✓	

No cuenta con PDES de control de calidad
intorno de las diferentes áreas


Dr. J. Pablo Iriarte Sejas
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE LABORATORIO
SERVICIO DPTAL. DE SALUD COCHABAMBA


Dra. Tere S. Ríos de Cano
BIOQUIMICA - FARMACEUTICA
R - 8740669