



# Check List

Order Code: **TGM-61115**

Software code:

**C401**

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Scale High Limit	Remote	SCALE +	แสดงค่า เป็นตัวเลข	> Scale Low	9999		
Scale Low Limit		SCALE -		-1999	< Scale High		
Decimal Point		DP		0000, 0.0, 0.00, 0.000			
				0, 1, 2, 3			
Set Point Hold		F1		-1999	9999		
Mode		OP Mode		0 : OFF	1: ON		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input

.....								
Function	Current	Scale High	Scale Low	Mode	Set Point	PV	Pass	Fail
.....	● 5.123	20.00	4.00	OFF	10.00	▼ 5.12		
	● 12.54	20.00	4.00	OFF	10.00	▲ 12.54		
	● 6.125	20.00	4.00	OFF	10.00	▼ 6.13		
	● 12.89	20.00	4.00	OFF	10.00	▲ 12.89		
	● 5.123	20.00	4.00	ON	10.00	▼ 5.12		
	● 12.54	20.00	4.00	ON	10.00	▲ 12.54		
	● 6.125	20.00	4.00	ON	10.00	▲ 12.54		
	● 12.89	20.00	4.00	ON	10.00	▲ 12.89		

Prepared By	Verified By	Approved By