



Check List

Order Code: **TGM-61119**

Software code:

C399

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
SCALE High 1	Remote	SCALE+	แสดงค่า เป็นตัวเลข	> SCALE Low	9999		
SCALE Low 1		SCALE-		-1999	< SCALE High		
ขีดเขย Ch 1		F4		-1999	9999		
Decimal point 1		DP		0	3		

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List

Order Code: **TGM-61119**

Software code:

C399

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input

INPUT								
Function	Input	IN	Scale High	Scale Low	ค่าชดเชย	Display	Pass	Fail
INPUT	4-20 mA	4 mA	20.00	4.00	0.00	3.99		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input แบบ ต่อ EM

INPUT								
Function	Input	IN	Scale High	Scale Low	ค่าชดเชย	Display	Pass	Fail
INPUT	EM	5000 Ω	5000	0	0	5000		
		1000 Ω	5.00	0.00	0.00	1.00		

Prepared By	Verified By	Approved By