Модель	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 3
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес места производства	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8
Юридический адрес	396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 3
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA TU 3

ПО ТУ 9452-002-66445146-2016



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 3 (далее «стул») предназначено для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул изготовлен из прочной стали, имеет высококачественное, антикоррозийное покрытие. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали, имеет полимерное покрытие. На ножки установлены резиновые опоры. Подлокотные опоры откидные, на них установлены мягкие вставки. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек стула при помощи фиксатора. Перемещать ножки стула относительно фиксатора необходимо строго по линии отверстий.

Для установки сиденья и крышки стула, необходимо надавить одновременно с двух сторон на пластиковые детали в местах крепления. (рис. 1) Пластмассовое санитарное ведро с крышкой сиденья съемное. Сиденье, крышка сиденья и санитарное ведро с крышкой изготовлены из ударопрочного пластика.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина, см	50-61,5							
Общая ширина, см	53	53	55	57	60	62	65	68
Общая высота, см	63,5-78							
Глубина сиденья (от спинки до края крышки), см	47,8-59,3							
Высота сиденья, см	37,5-52,5							
Ширина сиденья (ширина посадочного места), см	43	46	48	50	53	55	58	61
Максимальная масса пользователя, кг	130							
Масса нетто, кг	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 3 поставляется в картонной коробке.

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 3	1
2	Крышка стульчака	1
3	Стульчак	1
4	Ведро с крышкой	1
5	Паспорт изделия	1

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимальную массу пользователя.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.
- Не допускайте нагрева изделия температурой выше 50°С.

6. СХЕМА СБОРКИ



(Рис. 1)

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Стульчак, и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами. Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений