6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимальную массу пользователя.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием необходимо провести санитарную обработку изделия влажной тканью с использованием моющих средств.
В дальнейшем также необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Стульчак, и санитарное ведро дезинфицировать хлором и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.
Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.

Модель	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес места производства	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8
Юридический адрес	396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование, марка, модель изделия	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA ПО ТУ 9452-002-66445146-2016 **TU 1**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1 (далее «стул», «изделие») – это базовый санитарный стул с надежной стальной рамой и санитарным оснащением из прочного гигиеничного пластика.
Предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали с полимерным покрытием. Ножки с противоскользящими накладками позволяют установить необходимую высоту сиденья в зависимости от роста пользователя. Подлокотники обеспечивают опору во время использования, а мягкие вставки на подлокотниках - комфорт. Конструкция стула позволяет использовать его совместно со стационарным унитазом. Для этого необходимо снять санитарное ведро и отрегулировать ножки по высоте в зависимости от высоты унитаза.


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина, см	52,5-54,5							
Общая ширина, см	60,5-64,5	63-67,5	66-70	68,5-71,5	70-74,5	72-76	75,5-79,5	78,5-82
Общая высота, см	68-82,5							
Глубина сиденья, см	48							
Высота сиденья, см	41-56							
Количество регулировок высоты	7							
Расстояние между поручнями, см	40	43	46	48	50	53	55	58
Максимальная масса пользователя, кг	130							
Общая масса (+/-5%), кг	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1 поставляется в картонной коробке в разобранном виде.


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1	1
2	Набор инструментов	1
3	Паспорт	1




Санитарное ведро с крышкой - 1 шт




Стульчак с крышкой - 1 шт




Спица держателя санитарного ведра - 2 шт




Спинка стула - 1 шт




Труба рамы – 2 шт




Подлокотник с ножками – 2 шт




Винт М6х35 - 6 шт



Гайка М6 - 6 шт



Ключ гаечный М10 – 2 шт




Колпачок на гайку – 6 шт

5. СХЕМА СБОРКИ

Для сборки воспользуйтесь инструментом, входящим в комплект.


1. Соберите основание стула. Для этого с помощью труб рамы скрепите подлокотники с ножками. Подлокотники необходимо разместить так, чтобы с передней стороны оказалось одно отверстие, а со стороны спинки – два (рис. 1). Винты установить таким образом, чтобы головка винта разместилась в выемке отверстия.

Рис. 1



Винт установить головкой в отверстие с углублением

Рис. 2




2. Установите спинку, прикрутив ее винтами к основанию (рис. 2).
Винт установить головкой в отверстие с углублением

Рис. 3




3. Установите спицы держателя санитарного ведра в отверстия, расположенные в нижней части труб рамы (рис. 3).

Рис. 4




Затяните все гайки, используя набор гаечных ключей. Проверьте надежность затяжки (рис.4).

Рис. 5




5. Установите на гайки колпачки (рис. 5).

Рис. 6




6. Установите и зафиксируйте стульчак, а затем крышку стульчака, нажав с обеих сторон на места фиксации (рис. 6).

Рис. 7



7. При необходимости отрегулируйте ножки стула по высоте с помощью кнопочного фиксатора. Для этого нажмите на кнопочный фиксатор и переместите ножку в требуемое положение, затем зафиксируйте кнопку в отверстии до щелчка, в одном из 7 положений (рис. 7). Перемещение ножки стула относительно фиксатора осуществляйте строго по линии отверстий. Проверьте, чтобы все ножки были зафиксированы на одной высоте.

Рис.8



Приподнимите стульчак с крышкой и поместите санитарное ведро на спицы держателя. Опустите стульчак с крышкой. Стул готов к эксплуатации (рис. 8).