ortonica

КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ (НА КОЛЕСАХ)

# ORTONICA TU 55



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

**1. Общая информация** ..... 3

1.1. Назначение ..... 3

1.3. Указания по технике безопасности ..... 3

1.4. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением ..... 4

**2. Распаковка и сборка** ..... 5

2.1. Комплектация ..... 5

2.2. Распаковка и сборка ..... 5

**3. Эксплуатация кресло-стула с санитарным оснащением** ..... 7

3.1. Пересаживание ..... 7

3.2. Меры предосторожности ..... 8

**4. Регулировки кресло-стула с санитарным оснащением** ..... 9

4.1. Подлокотники ..... 9

4.2. Подножки ..... 9

**5. Технические характеристики** ..... 10

**6. Техническое обслуживание и уход** ..... 11

**7. Гарантийное обслуживание** ..... 11



Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica.

Убедительно просим перед началом эксплуатации кресло-стула с санитарным оснащением ознакомиться с настоящей инструкцией.

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

## 1.2. Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

## 1.3. Указания по технике безопасности

При эксплуатации кресло-стула старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту кресло-стула.

При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки. Зафиксировать стояночными тормозами.

## 1.4. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением



спинка

сиденье

санитарное оснащение

ремень для голени

опоры для стоп

передние колеса




ручка для сопровождающего лица

подлокотники

стояночные тормоза

подножки

задние колеса

# 2. РАСПАКОВКА И СБОРКА

## 2.1. Комплектация

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Картонная коробка | 1 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением | 1 |
| 3 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 4 | Комплект транпортировочных колес | 1 |
| 5 | Набор инструментов | 1 |

## 2.2. Распаковка и сборка

Кресло-стул упакован в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка кресло-стула осуществляется, как правило, в полностью смонтированном и сложенном состоянии со снятыми подножками.

1. Установите задние колеса. Для этого нажмите кнопку на соответствующей вставной оси и, взявшись пальцами за спицы, вставьте ось колеса до щелчка (рис. 1).

Рис. 1



2. Разложите кресло-стул, нажав на трубы сиденья. (рис. 2).

Рис. 2




3. Поднимите спинку, нажав на фиксаторы (рис. 3).

Рис. 3



3. Установите подножки в петли на раме (рис. 4).

Рис. 4



4. Установите сиденье (рис. 5) и санитарное оснащение (рис.6).

Рис. 5



Рис. 6



# 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

## 3.1. Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

**Общие правила пересаживания:**


1. Как можно ближе расположите кресло-стул к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь в кресло-стул.

2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.

3. Заблокируйте колеса стояночными тормозами.

4. При пересаживании из кресло-стула опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, постепенно перенесите вес тела на руки и осуществите высадку. При пересаживании в кресло-стул необходимо упереться одной рукой о подножку кресло-стула и совершить пересаживание.


5. Чтобы облегчить процесс пересаживания, следует снять подлокотники.



### 3.2. Меры предосторожности

**Наклон в бок**

Следите, чтобы грудь не выходила за пределы заднего колеса. При перемещении веса тела слишком глубоко возможно опрокидывание. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

**Наклон вперед**

При глубоких наклонах вперед грудь не должна выходить за передние колеса (это может привести к опрокидыванию). Для большей стабильности свободной рукой держитесь за кресло-стул. При перемещении веса тела вперед не следует пересаживаться на край сиденья.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

**Наклон назад**

Для осуществления наклона назад следует вплотную сесть к спинке кресло-стула. Выровняйте передние колеса. Не используйте стояночный тормоз. Наклонитесь назад, не меняя положения сиденья. Не следует слишком наклоняться назад и перевешиваться через спинку. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО

# 4. РЕГУЛИРОВКИ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

## 4.1. Подлокотники

Для удобства пересаживания в данном кресле-стуле предусмотрены откидные подлокотники. Нажмите на фиксатор (рис. 7) и откиньте подлокотник (рис. 8).

Рис. 7




Рис. 8



## 4.2. Подножки

Съемные подножки регулируются по длине. Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо нажать на кнопочный фиксатор, установить нужную высоту и отпустить фиксатор.

Рис. 9



# 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 45 | 50,5 |
| Общая высота, см | 99 | |
| Глубина сиденья, см | 44 | |
| Вес стула (± 5%), кг | 21 | 21,4 |
| Общая длина, см | 111 | |
| Вес рамы (± 5%), кг | 11,4 | 11,8 |
| Общая ширина, см | 64 | 69 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | |
| Высота спинки, см | 44 | |
| Передние колеса диаметром, см | 20 | |
| Задние колеса диаметром, см | 60 | |

# 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию кресло-стула на отсутствие люфтов, степени загрязнения подшипников и резьбовых соединений. Проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов кресло-стула с санитарным оснащением, способствуя их безотказной работе.

Необходимо периодически снимать колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте покрышки и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

**Уход**

Приемник-резервуар рекомендуется санировать после каждого использования. Очистку необходимо производить с помощью активных моющих средств.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы кресло-стула необходимо хорошо высушить.

# 7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| | |
|---|---|
| Модель | Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 55 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Производитель | «Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.» («Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко., Лтд.») 297, ул Чуцяо, 212009 Чженьцзян, провинция Цзянсу, КНР ( No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People's Republic of China) |
| Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) | ООО «Ортоника» |
| Регистрационный номер медицинского изделия | ФСЗ 2012/13491 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932313) |
| Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет | ООО «Реамед» |
| Адрес | 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11 |
| E-mail | service@ortonica.ru |
| Телефон | 8 (800) 707-44-52 |

| | |
|---|---|
| Наименование, марка, модель изделия | Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 55 |
| Срок гарантии | 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем |
| С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. | _____подпись покупателя |

Представленные фотографии носят иллюстративный характер.

По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:

ortonica.ru

8 (800) 707-44-52

service@ortonica.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ОДНОКЛАССНИКИ

ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE

ortonica