5. ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модель	Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.» («Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко., Лтд.») 297, ул Чуцяо, 212009 Чженьцзян, провинция Цзянсу, КНР (No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People's Republic of China)
Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)	ООО «Ортоника»
Регистрационный номер медицинского изделия	ФСЗ 2012/13491 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932313)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование, марка, модель изделия	Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA TU 5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 5 предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул изготовлен из алюминия имеет высококачественное, антикоррозийное покрытие. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.


2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней помощью.
2. Разложите раму. Внимательно осмотрите стул, убедитесь в целостности соединительных узлов. Установите ножки.
3. Установите стульчак и санитарное ведро.
4. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого необходимо сжать фиксатор и переустановить опору на нужный уровень (рис. 1). Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы симметрично.

Рис. 1



5. Стул компактно складывается (рис. 3). Чтобы сложить конструкцию, необходимо снять распорку и стульчак (рис. 2, поз. А), затем последовательно сложить опоры по направлению друг к другу (рис. 2, поз. В).

Рис. 2





Рис. 3



4. ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- Стульчак, и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.
- Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.
- Конструкция компактно складывается, поэтому не занимает много места.

5. УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-стул Ortonica TU 5	1
2	Санитарное ведро	1
3	Инструкция по эксплуатации	1

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина, см	53-55					
Общая ширина, см	56-57	57,5-59	60-61	65-66,5	68-71	70,5-72
Общая высота, см	71-89,5					
Глубина сиденья, см	42					
Высота сиденья, см	35					
Ширина посадочного места, см	45	48	50	56	58	61
Количество регулировок высоты	8					
Расстояние между поручнями, см	41	43	45	50,5	53	55,5
Грузоподъемность, кг	130					
Вес, кг (± 5%) не более	5,2					