ortonica

КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ (НА КОЛЕСАХ)

ORTONICA TU 55



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация 3

1.1. Назначение 3

1.3. Указания по технике безопасности 3

1.4. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением 4

2. Распаковка и сборка 5

2.1. Комплектация 5

2.2. Распаковка и сборка 5

3. Эксплуатация кресло-стула с санитарным оснащением 7

3.1. Пересаживание 7

3.2. Меры предосторожности 8

4. Регулировки кресло-стула с санитарным оснащением 9

4.1. Подлокотники 9

4.2. Подножки 9

5. Шиномонтаж 9

6. Технические характеристики 10

7. Техническое обслуживание и уход 11

8. Гарантийное обслуживание 11



Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica.

Убедительно просим перед началом эксплуатации кресло-стула с санитарным оснащением ознакомиться с настоящей инструкцией.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 55 предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

1.2. Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

1.3. Указания по технике безопасности

При эксплуатации кресло-стула старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту кресло-стула.

При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки. Зафиксировать стояночными тормозами.

1.4. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением



спинка

сиденье

санитарное оснащение

ремень для голени

опоры для стоп

передние колеса



ручка для сопровождающего лица

подлокотники

стояночные тормоза

подножки

задние колеса

2. РАСПАКОВКА И СБОРКА

2.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Картонная коробка	1
2	Кресло-стул с санитарным оснащением	1
3	Инструкция по эксплуатации	1
4	Комплект транпортировочных колес	1
5	Набор инструментов	1

2.2. Распаковка и сборка

Кресло-стул упакован в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка кресло-стула осуществляется, как правило, в полностью смонтированном и сложенном состоянии со снятыми подножками.

1. Установите задние колеса. Для этого нажмите кнопку на соответствующей вставной оси и, взявшись пальцами за спицы, вставьте ось колеса до щелчка (рис. 1).

Рис. 1



2. Разложите кресло-стул, нажав на трубы сиденья. (рис. 2).

Рис. 2




3. Поднимите спинку, нажав на фиксаторы (рис. 3).

Рис. 3



3. Установите подножки в петли на раме (рис. 4).

Рис. 4



4. Установите сиденье (рис. 5) и санитарное оснащение (рис.6).

Рис. 5



Рис. 6



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

3.1. Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Общие правила пересаживания:


1. Как можно ближе расположите кресло-стул к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь в кресло-стул.

2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.

3. Заблокируйте колеса стояночными тормозами.

4. При пересаживании из кресло-стула опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, постепенно перенесите вес тела на руки и осуществите высадку. При пересаживании в кресло-стул необходимо упереться одной рукой о подножку кресло-стула и совершить пересаживание.


5. Чтобы облегчить процесс пересаживания, следует снять подлокотники.



3.2. Меры предосторожности

Наклон в бок

Следите, чтобы грудь не выходила за пределы заднего колеса. При перемещении веса тела слишком глубоко возможно опрокидывание. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

Наклон вперед

При глубоких наклонах вперед грудь не должна выходить за передние колеса (это может привести к опрокидыванию). Для большей стабильности свободной рукой держитесь за кресло-стул. При перемещении веса тела вперед не следует пересаживаться на край сиденья.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

Наклон назад

Для осуществления наклона назад следует вплотную сесть к спинке кресло-стула. Выровняйте передние колеса. Не используйте стояночный тормоз. Наклонитесь назад, не меняя положения сиденья. Не следует слишком наклоняться назад и перевешиваться через спинку. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО

4. РЕГУЛИРОВКИ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

4.1. Подлокотники

Для удобства пересаживания в данном кресле-стуле предусмотрены откидные подлокотники. Нажмите на фиксатор (рис. 7) и откиньте подлокотник (рис. 8).

Рис. 7




Рис. 8



4.2. Подножки

Съемные подножки регулируются по длине. Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо нажать на кнопочный фиксатор, установить нужную высоту и отпустить фиксатор.

Рис. 9



5. ШИНОМОНТАЖ

На случай аварийной ситуации рекомендуем иметь с собой ремкомплект и насос. Причины, по которым шина может спускать: прокол в камере, проблема с ниппелем. Если шина спускает по причине прокола камеры, следует действовать по следующему алгоритму:

1. Запомните положение покрышки относительно обода колеса.

2. Снимите с колеса шину с камерой, аккуратно поддевая ее за край гаечным ключом или пластмассовой дощечкой. Не рекомендуется использовать острые предметы, поскольку можно повредить камеру.

3. Накачайте в камеру воздух, чтобы найти место прокола. Дополнительно можно воспользоваться мыльным раствором или емкостью с водой.

4. Зачистите место прокола.

5. Приклейте заплатку и сильно прижмите.

6. Найдите причину прокола на шине (для облегчения поиска наложите камеру на шину и место заплаты покажет место прокола). Устраните причину прокола.

7. Уложите бандажную ленту на все спицы.

8. Немного накачайте камеру, расправив складки, и установите камеру обратно, начав за ниппелем.

9. Проверьте, чтобы камера не имела складок.

10. Проверьте отсутствие защемления камеры и правильную установку ниппеля.

11. Накачайте камеру до степени, при которой ее можно сдавить пальцами. Проверьте расстояние по обе стороны покрышки и по всей окружности, оно должно быть одинаковым. Накачайте камеру до рабочего давления и плотно заверните колпачок.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина сиденья, см	45	50,5
Общая высота, см	99	
Глубина сиденья, см	44	
Вес стула (± 5%), кг	21	21,4
Общая длина, см	111	
Вес рамы (± 5%), кг	11,4	11,8
Общая ширина, см	64	69
Грузоподъемность, кг	130	
Высота спинки, см	44	
Передние колеса диаметром, см	20	
Задние колеса диаметром, см	60	

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию кресло-стула на отсутствие люфтов, степени загрязнения подшипников и резьбовых соединений. Проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов кресло-стула с санитарным оснащением, способствуя их безотказной работе.

Необходимо периодически снимать колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте покрышки и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Приемник-резервуар рекомендуется санировать после каждого использования. Очистку необходимо производить с помощью активных моющих средств.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы кресло-стула необходимо хорошо высушить.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель	Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 55
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.» («Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко., Лтд.») 297, ул Чуцяо, 212009 Чженьцзян, провинция Цзянсу, КНР (No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People's Republic of China)
Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)	ООО «Ортоника»
Регистрационный номер медицинского изделия	ФСЗ 2012/13491 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932313)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 55
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Представленные фотографии носят иллюстративный характер.

По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:

ortonica.ru

8 (800) 707-44-52

service@ortonica.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ОДНОКЛАССНИКИ

ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE

ortonica