Модель	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 2
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес места производства	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8
Юридический адрес	396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 2
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA ПО ТУ 9452-002-66445146-2016 **TU 2**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 2 (далее «стул») предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул изготовлен из прочной стали, имеет высококачественное, антикоррозийное покрытие. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали, имеет полимерное покрытие. На ножки установлены резиновые опоры. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек стула при помощи фиксатора. Перемещать ножки стула относительно фиксатора необходимо строго по линии отверстий. Удобное мягкое сиденье со съемной вставкой позволяет использовать стул в качестве санитарного оснащения, не тревожа и не приподнимая пользователя. Также конструкция стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае санитарное ведро с крышкой убираются). Пластмассовое санитарное ведро с крышкой сиденья съемное. Мягкое сиденье и спинка стула обтянуты износостойким кожзаменителем.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная длина, см	55-57
Габаритная ширина, см	62-67
Габаритная высота, см	84-99
Высота сиденья, см	46-61
Расстояние между поручнями, см	44
Количество регулировок высоты	7
Максимальная масса пользователя, кг	130
Вес, кг (± 5%)	7

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 2 поставляется в картонной коробке.


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Рама стула	1
2	Сиденье со съемной вставкой	1
3	Ведро с крышкой	1
4	Труба подлокотника	2
5	Поддержка спинки	2
6	Спинка	1
7	Монтажный комплект	1
8	Паспорт изделия	1

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимальную массу пользователя.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.
- Не допускайте нагрева изделия температурой выше 50°С.
- Не допускайте контакта мягких частей стула с острыми предметами.

6. СХЕМА СБОРКИ

Рис. 1



Соедините трубу подлокотника с трубой рамы с помощью винтов и гаек, входящих в монтажный комплект.
(рис. 1)

Рис. 2



Установите поддержку спинки в пазы, таким образом, чтобы фиксатор совпал с отверстием в трубе.
(рис. 2)

Рис. 3



Прикрутите мягкую часть спинки при помощи саморезов (входящих в монтажный комплект), на комфортном для пользователя расстоянии. Установите ведро с крышкой.
(рис. 3)

Рис. 4



Установите мягкое сиденье со съемной вставкой. Выставите ножки на комфортную высоту.
(рис. 4)

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Стульчак, и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами. Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.