Модель	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 80
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес места производства	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8
Юридический адрес	396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 80
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA ПО ТУ 9452-002-66445146-2016 **TU 80**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 80 предназначено для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях. Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина, см	50-65							
Общая ширина, см	53	53	55	57	60	62	65	68
Общая высота, см	71,5-81,5							
Глубина сиденья (от спинки до края крышки), см	47,8-59,3							
Высота сиденья, см	46-56							
Ширина сиденья (ширина посадочного места), см	43	46	48	50	53	55	58	61
Максимальная масса пользователя, кг	130							
Масса нетто, кг (± 5%)	7,7	7,7	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И СХЕМА СБОРКИ



4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в надежности закрепления резьбовых соединений подлокотных опор. Установите кнопки фиксаторов в соответствующих отверстиях на ножках и спинке кресло-стула. Не допускайте контакта кресла-стула с электрическими приборами и проводами. Кресло-стул предназначен для перемещения по ровной поверхности в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях без пользователя. При эксплуатации кресло-стула сохраняйте центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту кресло-стула. Используйте стояночные тормоза для пересаживания в кресло-стул. Не превышайте максимальную массу пользователя.

5. УСТРОЙСТВО

Рама кресла-стула изготовлена из стали, имеет полимерное покрытие. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорными ножками кресла-стула при помощи фиксатора. Перемещать ножки стула относительно фиксатора необходимо строго по линии отверстий. Конструкция кресла-стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае санитарное ведро с крышкой убираются). Пластмассовое санитарное ведро с крышкой съемное. Подлокотные опоры откидные. Сиденье, крышка сиденья и санитарное ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Конструкция складная, легкая, переносная.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используя кресло-стул как туалет, необходимо установить санитарное ведро и поднять крышку сиденья.

7. УПАКОВКА

Кресло-стул упаковано в картонную коробку с мягкой подложкой. В картонной таре может быть упаковано только одно изделие.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование должно производится всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования транспортными средствами в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой. Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Данная продукция разработана с учетом требований охраны окружающей среды из материалов которые могут причинить вред в случае утилизации в местах не предназначенных для этих целей. Утилизация предусматривает следующий порядок действий. Упаковка отправляется на вторичную переработку сырья. Металлические детали - на переработку металлолома. Пластиковые - на переработку полимерного сырья. Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.