

Checklist Prioritaria – Tocología

Instrucciones: marque “NO” si el ítem falla.

Urgencia: puntaje ≥ 5 o un * = **INMEDIATA**; 3-4 = **PRONTA**; 1-2 = **PROGRAMADA**; 0 = **SIN URGENCIA**.

Equipo	A Máquina de anestesia + ventilador		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Fuente O2 (50 psi) y cilindro de respaldo	5	___
	* Prueba de fugas ≤ 300 mL/10 s	5	___
	* Ventilador cicla y alarmas presión/apnea	5	___
	Vaporizador con agente $\geq 1/4$ tanque	1	___
	Absorbedor CO2 fresco	1	___
Equipo	B Desfibrilador bifásico		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Autotest diario OK (luz verde)	5	___
	* Carga 30 J < 5 s y descarga	5	___
	Batería ≥ 80 %	1	___
	Palas/parches en fecha	1	___
Equipo	C Monitor multiparámetro		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* ECG y SpO2 funcionales; alarmas suenan	5	___
	Batería ≥ 30 min	1	___
	PNI infla/defla sin fugas	1	___
Equipo	D Cuna térmica		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Modo servo mantiene $36-37^{\circ}\text{C} \pm 0.2$	5	___
	* Alarmas de sobretemperatura y sonda activas	5	___
	Sensor de piel íntegro	1	___
Equipo	E Incubadora neonatal		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Control temperatura de aire $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	5	___
	* Alarmas alta/baja temperatura	5	___
	Humidificador operativo	1	___
Equipo	F Aspirador de succión		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Vacío ≥ -550 mmHg estable	5	___
	Frasco y tapa herméticos	1	___
	Filtro bacteriano seco	1	___

Equipo	G Mesa quirúrgica		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Movimientos y frenos 100 % operativos	5	—
	Cable/tierra seguros	1	—
	Colchón sin rasgaduras	1	—
Equipo	H Lámparas de cirugía		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Todas las fuentes de luz activas	5	—
	Brazos sostienen posición	1	—
	Mango estéril firme	1	—
Equipo	I Torre de gases/eléctrica		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Salida O2 50 psi y vacío -550 mmHg	5	—
	* Tomas eléctricas con puesta a tierra	5	—
	Acoples sin fuga audible	1	—
Equipo	J Pulsioxímetro portátil		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Lectura SpO2 estable ≥ 95 %	5	—
	Batería ≥ 50 %	1	—
Equipo	K Ultrasonido Doppler fetal		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Señal audible clara en prueba	5	—
	Batería/pilas en buen nivel	1	—
Equipo	L Esfigmomanómetro + estetoscopio		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Manómetro en cero; sin fugas	5	—
	Estetoscopio acústica nítida	1	—

Equipo	M Carro-camilla		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Barandales y frenos firmes	5	—
	Ruedas libres de obstrucción	1	—
Equipo	N Negatoscopio		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	Iluminación continua homogénea	1	—
	Interruptor funcional	1	—
Equipo	O Balanza para recién nacido		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	Calibración ± 10 g con peso patrón	1	—
Equipo	P Tablero de aislamiento (LIM)		
Ítem	Descripción	Peso	NO
	* Test LIM \rightarrow alarma	5	—
	Fuga en reposo < 2 mA	1	—