

Reporte Tococirugía

Responsable: _____

Fecha: _____

Turno: _____

Observaciones:

Equipo	Ítem	Conforme	Peso	Mantenimiento
Desfibrilador ZOLL R Series	Indicador Code-Ready verde (sin 'X')		5	
Desfibrilador ZOLL R Series	Unidad limpia; carcasa sin líquidos		3	
Desfibrilador ZOLL R Series	Cables/palas sin cortes ni corrosión		4	
Desfibrilador ZOLL R Series	Parches OneStep conectados / vigentes		5	
Desfibrilador ZOLL R Series	Batería principal mayor a 90%		5	
Desfibrilador ZOLL R Series	Batería de respaldo 100 %		4	
Desfibrilador ZOLL R Series	Autoprueba diaria superada		5	
Desfibrilador ZOLL R Series	Descarga 30 J < 5 s OK		5	
Desfibrilador ZOLL R Series	Marcapasos captura y alarma		4	
Desfibrilador ZOLL R Series	Impresora imprime 1 mV nítido		2	
Desfibrilador ZOLL R Series	Papel térmico suficiente		1	
Desfibrilador ZOLL R Series	Cabezal impresora limpio		1	
Desfibrilador ZOLL R Series	Accesorios (gel, electrodos) listos		3	
Desfibrilador ZOLL R Series	Fecha/hora correctas		1	
Máquina de anestesia + ventilador	Fuente O ₂ (50 psi) y cilindro de respaldo		5	
Máquina de anestesia + ventilador	Prueba de fugas <= 300 mL/10 s		5	
Máquina de anestesia + ventilador	Ventilador cicla y alarmas presión/apnea		5	
Máquina de anestesia + ventilador	Vaporizador con agente >= 1/4 tanque		1	
Máquina de anestesia + ventilador	Absorbedor CO ₂ fresco		1	
Monitor multiparámetro	ECG y SpO ₂ funcionales; alarmas suenan		5	
Monitor multiparámetro	Batería >= 30 min		1	
Monitor multiparámetro	PNI infla/defla sin fugas		1	
Cuna térmica	Modo servo mantiene 36-37 °C ± 0.2		5	
Cuna térmica	Alarmas de sobretemperatura y sonda activas		5	
Cuna térmica	Sensor de piel íntegro		1	
Incubadora neonatal	Control temperatura de aire ± 0.3 °C		5	
Incubadora neonatal	Alarmas alta/baja temperatura		5	
Incubadora neonatal	Humidificador operativo		1	
Aspirador de succión	Frasco libre de fluidos residuales		4	
Aspirador de succión	Frasco y tapa herméticos		1	
Aspirador de succión	Filtro bacteriano seco		1	
Mesa quirúrgica	Movimientos y frenos 100 % operativos		5	
Mesa quirúrgica	Cable/terra seguros		1	
Mesa quirúrgica	Colchón sin rasgaduras		1	
Lámparas de cirugía	Todas las fuentes de luz activas		5	

Equipo	Ítem	Conforme	Peso	Mantenimiento
Lámparas de cirugía	Brazos sostienen posición		1	
Lámparas de cirugía	Mango estéril firme		1	
Torre de gases/eléctrica	Salida O, 50 psi y vacío - 550 mmHg		5	
Torre de gases/eléctrica	Tomas eléctricas con puesta a tierra		5	
Torre de gases/eléctrica	Acoples sin fuga audible		1	
Pulsioxímetro portátil	Lectura SpO, estable > = 95%		5	
Pulsioxímetro portátil	Batería >= 50 %		1	
Esfigmomanómetro + estetoscopio	Manómetro en cero; sin fugas		5	
Esfigmomanómetro + estetoscopio	Estetoscopio acústica nítida		1	
Carro-camilla	Barandales y frenos firmes		5	
Carro-camilla	Ruedas libres de obstrucción		1	
Negatoscopio	Iluminación continua homogénea		1	
Negatoscopio	Interruptor funcional		1	
Balanza para recién nacido	Calibración ± 10 g con peso patrón		1	
Tablero de aislamiento (LIM)	Test aislamiento adecuado		5	
Tablero de aislamiento (LIM)	Fuga en reposo < 2 mA		1	