



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 2604120

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, sob o número CAL 0363

Data da calibração: 17/04/2026

Data de emissão: 12/05/2026

Dados do cliente:

Empresa: 12402 - WAR MANUTENCOES PREDIAIS LTDA | 61.183.272/0001-69

Endereço: R CHILE, 642 | REBOUÇAS | PR | 80.215-170

Dados do equipamento:

Equipamento: Termo higrômetro de Temperatura e unidade
 Identificação: GMS-100W
 Fabricante / Modelo: Não consta Não consta
 Série: Não consta

#	Faixa	Resolução	Decimais
1	-15 a 70 °C	0,1 °C	1
2	15 a 98 %	1 %	1

Procedimento de calibração:

A calibração foi realizada em comparação com padrão de trabalho, em meio termostático com estabilidade e uniformidade conhecidos conforme processo.

Padrões utilizados

Código	Descrição	Nº Certificado	Laboratório Emissor	Validade
SQT023	Termômetro MOD.735 TESTO - R	256667/25	ABSI CAL 0056	10/2026
SQT056	Medidor de Temperatura e Umidade - R	259227/25	ABSI CAL 0056	12/2026
SQT056	Medidor de Temperatura e Umidade - R	259227/25	ABSI CAL 0056	12/2026
SQT057	Bloco Seco	2303054	MAJLAB	03/2027
SQT046	Câmara climática (Temperatura)	2411610	CAL 0363	09/2026
SQT045	Câmara climática (Umidade)	2603037	CAL 0363	03/2027
SQT044	Termohigrômetro Digital - R	2601787	CAL0363	02/2028

Resultados

Tabela de Resultados, em Graus Celsius (°C) - Sensor OUT						
Média Obtida do Equipamento	Média Obtida dos Padrões Utilizados	Erro de Medição	Incerteza de Medição	k	veff	Profundidade de Imersão (mm)
2,0	1,9	0,1	0,2	2,00	∞	150
5,0	4,9	0,1	0,2	2,00	∞	150
8,0	7,9	0,1	0,2	2,00	∞	150

Tabela de Resultados, em índice de umidade relativa (%ur) a 25°C - Sensor IN					
Média Obtida do Equipamento	Média Obtida dos Padrões Utilizados	Erro de Medição	Incerteza de Medição	k	veff
74,0	75,1	-1,1	2,1	2,00	∞
56,0	49,4	6,6	1,9	2,00	∞

Observações:

O Erro de Medição é a diferença entre a média das leituras obtidas pelo equipamento e a média das leituras obtidas pelo padrão utilizado.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=XX, o qual para uma distribuição t com veff = YY graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Os resultados relatados referem-se apenas ao item calibrado.

Este Certificado só poderá ser reproduzido por completo. Reprodução por partes requer aprovação escrita do laboratório.

Técnico executante: Raphaella Oliveira



Signatário autorizado:
 Rafael Nasser
 Assinado digitalmente por senha.



Maj Lab - Comércio e Manutenção de Equipamentos para Laboratório LTDA
 CNPJ: 00.467.916/0001-56 Inscrição Estadual: 902.844.155-6 WhatsApp: 41 98886-4329
 Rua Amazonas de Souza Azevedo, 327 - Bacacheri - Curitiba - PR CEP 82520-620