InstruCal Pro

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION

Certificat d'étalonnage complet

Transmetteur de pression PT-101 | 0-10 bar | 4-20 mA

Informations d'intervention

Étalon fictif PR-01 | Conditions : 22 °C, 48 % HR

Client fictif : Atelier Démo

Relevé des mesures

Point (%)	Référence (bar)	Montée (bar)	Descente (bar)
0	0,00	0,00	0,00
25	2,50	2,49	2,50
50	5,00	5,01	5,02
75	7,50	7,52	7,51
100	10,00	10,01	10,01

Résultat illustratif

Incertitude élargie illustrative : 0,04 bar (k = 2).

Données fictives, exemple éditorial.

Aucune mesure réelle ni attestation de conformité.