



SCHERMO di HESS-LANCASTER



GUIDA OPERATIVA

PREREQUISITI TECNICI
Prima di iniziare,
verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1 - Il **visore Quest** e il **dispositivo utilizzato per accedere alla WebApp** devono essere **connessi alla stessa rete Wi-Fi**.

2 - È necessario disporre di un browser web aggiornato per poter accedere a:
https://okulo.virtualfactory.it (TEST eseguiti a Salerno)
https://okulo2.virtualfactory.it (TEST eseguiti a Chieti)

PRIMA DELL'INSERIMENTO DI UN NUOVO PAZIENTE, ASSICURARSI CHE NON SIA GIA STATO REGISTRATO AL FINE DI EVITARE DUPLICATI

1

COMPILARE DATI PAZIENTE



1 - Compilazione della sezione «PAZIENTI»

Compilare tutti i campi richiesti inserendo i dati necessari.
Verificare attentamente la correttezza delle informazioni inserite.

Una volta completata la compilazione, procedere secondo le indicazioni presenti nell'interfaccia. È, quindi, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti
- alla sezione **«VISITE»**
- alla sezione **«DOCUMENTI»**

SE UN PAZIENTE E' GIA STATO REGISTRATO, OCCORRE SOLO SELEZIONARLO TRA QUELLI PRESENTI E CREARE NUOVA VISITA

2

COMPILARE VISITA PAZIENTE



2 - Compilazione della sezione «VISITE»

Selezionare il paziente tra quelli precedentemente inseriti e compilare tutti i campi richiesti.

poter effettuare il test, occorre che la visita sia «PROGRAMMATA».

In questa schermata c'è la possibilità di **annullare un test già effettuato**.

In caso di annullamento, è **fondamentale specificarne sempre la motivazione** in quanto ci consente di:

- comprendere eventuali problematiche;
- analizzarne le cause;
- migliorarne qualità e l'affidabilità

In questa sezione è, inoltre, possibile accedere:

- alla **MODIFICA** dei dati inseriti inerenti la visita
- alla sezione **«IMMAGINI»** per poter visualizzare il test effettuato

3

PRIMA DI ESEGUITE IL TEST

Program. → Comp.



3 – Avvio del test mediante il Quest

Per poter effettuare il test, occorre che la visita sia «PROGRAMMATA».

A questo punto, il paziente indosserà il visore e seguirà de istruzioni guidate.

Alla fine del test, la visita risulterà «COMPLETATA».

Si ricorda la possibilità di annullare il test se non ultimato.
Soprattutto nella fase di sperimentazione, è bene specificare la motivazione per cui il test è stato annullato.

4

COSA C'E' DA SAPERE





4 – Avvio del test mediante il Quest

La fase di avvio va gestita prima dell'inizio della prima visita.
E' preferibile che il visore sia già stato preventivamente avviato e che il paziente si limiti al solo test.



ACCENDERE IL VISORE ED INDOSSARLO

VIRTUAL FACTORY
SOLUZIONI DIGITALI

4.1 AVVIO APP

Program. → Comp.



A) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«LIBRERIA»*



B) Utilizzando il GRILLETTO, aprire il *«MENU'»*



C) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«ORIGINI SCONOSCIUTE»*



D) Utilizzando il GRILLETTO, Selezionare l'app *«OKULO»*

4.2 UTILIZZARE WI-FI

Program. → Comp.



A) Premere il tasto «HOME»

B) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«COMANDI VELOCI»*



C) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«COMANDI VELOCI»*

5

ESEGUIRE IL TEST

Program. → Comp.



5 – Esecuzione test mediante il Quest

E' possibile impostare la lingua desiderata (italiano, inglese, spagnolo)

Fatto questo, il paziente dovrà semplicemente eseguire il test seguendo le istruzioni.

6 VISUALIZZARE ED ESPORTARE IL TEST



6 –Esportazione test

E' possibile esportare nella cartella download il pdf del test effettuato sia **con che senza dati sensibili**





7 - Sezione «DOCUMENTI»

Utilizzare la sezione «documenti» per importare ed esportare eventuali documenti significativi

7

IMPORTATE ED ESPORTARE DOCUMENTI





VI CHIEDIAMO
DI COMUNICARE
EVENTUALI SEGNALAZIONI A:

assistenza@virtualfactory.it
e
chirurgiacolangelo@libero.it

SCHERMO di HESS-LANCASTER



POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

In caso occorra spostare il dispositivo, si dovrà procedere con la ricalibrazione

POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

TRACCIARE CONFINI



A) Premere il tasto «HOME»

B) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«COMANDI VELOCI»*



C) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CONFINI»*

D) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«MODIFICA CONFINI»*

E) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«PASSA A MODALITA' STAZIONARIA»*

F) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CONFERMA»*

POSSIBILI PROBLEMATICHE E RELATIVE RISOLUZIONI

RESET CONFINI

A) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«COMANDI VELOCI»*

B) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«IMPOSTAZIONI»*

C) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CONFIGURAZIONE DELL'AREA»*



D) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CONFINI»*

E) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CANCELLA»*



F) Utilizzando il GRILLETTO, selezionare *«CANCELLA»*