



FOLIO

RC0056

FECHA

18 / 5 / 2020

## HOJA DE SERVICIO

Institución/Empresa: Hospital Centro Médico de Torreón

Dirección: Allende Ote 351, 27000

Ciudad: Torreón

Estado: Coahuila

Tel: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

### ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Equipo: \_\_\_\_\_

Accesorios incluidos: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ No. Serie: N/A

Tipo de servicio: ☐ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo ☐ Diagnóstico ☒ Otro: Entrega de

Falla reportada: Se necesita nuevo cable de alimentación para mesa quirúrgica Accesorio de equipo

### INSPECCIÓN DEL EQUIPO

Cable de alimentación nuevo en funcionamiento y pruebas de movimientos de mesa quirúrgica

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se conecta el cable nuevo de alimentación de 4.4m y se recoge el cable prestado de 3m, se hicieron pruebas de funcionamiento y se muestra a enfermera de quirófano.

### OBSERVACIONES

Cable nuevo queda bien instalado y probado listo para su uso

HORAS DE  
SERVICIO

17:02

FOLIO DE  
GARANTÍA:

Garantía de

Días naturales sobre el servicio realizado

### RESPONSABLE DEL SERVICIO

Nombre: Rodrigo Cortinas Márquez

Firma: \_\_\_\_\_

### CLIENTE

Nombre: Ivonne

Firma: \_\_\_\_\_



# SOLUCIONES ELECTROMÉDICAS DE LA LAGUNA

[www.electromedicasel.com](http://www.electromedicasel.com)

FOLIO

RC0056

FECHA

18 / 5 / 2020

## IMÁGENES DEL SERVICIO

