



FOLIO

RC0025

FECHA

17 / 1 / 2020

HOJA DE SERVICIO

Institución/Empresa: Hospital Centro Médico de Torreón

Dirección: Allende Ote 351, 27000

Ciudad: Torreón

Estado: Coahuila

Tel: Celular: Email:

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Marca: MIDMARK Modelo: 530 Equipo: Camilla de Traslado

Accesorios incluidos:

Departamento: Urgencias No. Serie: N/A

Tipo de servicio: ☐ Mantenimiento preventivo ☒ Mantenimiento correctivo ☐ Diagnóstico ☐ Otro:

Falla reportada: Camilla no Frena

INSPECCIÓN DEL EQUIPO

Se mueve con cualquier empujón la camilla

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ajustaron mecanismo de freno de las cuatro ruedas

OBSERVACIONES

Se prueban movimientos y frenado enfrente de personal de enfermería

HORAS DE
SERVICIO

13:23

FOLIO DE
GARANTÍA:

Garantía de

Días naturales sobre el servicio realizado

RESPONSABLE DEL SERVICIO

Nombre: Rodrigo Cortinas Márquez

Firma:

CLIENTE

Nombre: Eduardo López

Firma:



SOLUCIONES ELECTROMÉDICAS DE LA LAGUNA

www.electromedicasel.com

FOLIO

RC0025

FECHA

17 / 1 / 2020

IMÁGENES DEL SERVICIO

