

a Interactive diffraction simulation of reflection SEM microscope



b Inverting an unknown reflection SEM microscope in simulation



Parameter	True	Fit ± 1 SE
Source z (mm)	-350	-347.8 ± 9.8
Condenser lens 1 z (mm)	-270	-269.3 ± 5.8
Condenser lens 2 z (mm)	-130	-130.6 ± 1.6
Objective lens z (mm)	-40	-40.15 ± 0.28
Condenser lens 1 f (mm)	40.0	39.4 ± 1.8
Condenser lens 2 f (mm)	25.71	25.69 ± 0.52
Objective lens f (mm)	21.18	21.28 ± 0.20
Source RMS size (nm)	1.91	1.889 ± 0.051
Camera length (mm)	120	119.99988 ± 0.00011