

FIAP — Global Solution 2025

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Grupo: NeuroVision

Integrantes: - Luan Gonçalves Gomes — RM: [566806]

Turma: [S]

Curso: [Inteligência Artificial]

Professor Tutor: Sabrina Otoni

Professor Coordenador: [--]

QUERO CONCORRER

NeuroVision — Plataforma de IA para Diagnóstico Neuro-Oftalmológico Aplicado à Medicina Espacial

Sumário

1. [Introdução](#)
 2. [Desenvolvimento](#)
 3. [Resultados Esperados](#)
 4. [Conclusões](#)
 5. [Referências Científicas](#)
 6. [Links](#)
-

1. Introdução

1.1 O Problema Real: Astronautas Estão Perdendo a Visão no Espaço

A exploração espacial de longa duração enfrenta uma ameaça silenciosa e crescente: a **Spaceflight-Associated Neuro-Ocular Syndrome (SANS)**, documentada pela NASA como um dos cinco maiores riscos para missões de longa duração. Estudos publicados no *New England Journal of Medicine* demonstram que aproximadamente **70% dos astronautas** em missões na Estação Espacial Internacional (ISS) desenvolvem alterações estruturais no nervo óptico e na retina causadas pela redistribuição de fluido cefalorraquidiano em microgravidade.

As manifestações clínicas incluem: - **Edema do disco óptico** (papiledema) - **Achatamento do globo ocular posterior** - **Dobras coroideanas** - **Hipermetropia progressiva**

Todas essas alterações são visíveis e diagnosticáveis por exame de **fundoscopia** — um exame de fundo de olho que pode ser realizado remotamente com equipamentos compactos a bordo de naves espaciais.

*"Optic disc edema, globe flattening, choroidal folds, and hyperopic shifts observed in astronauts after long-duration space flight." — Mader TH et al., **New England Journal of Medicine**, 2011.*

Paralelamente, na medicina terrestre, a **retinopatia diabética** é a principal causa de cegueira prevenível no mundo — e seu diagnóstico precoce por análise de imagens de fundo de olho é um dos casos de uso mais consolidados de visão computacional aplicada à saúde.

1.2 A Solução: NeuroVision

NeuroVision é uma plataforma web de educação e diagnóstico assistido por IA que une três pilares:

1. **Educação anatômica imersiva** — visualização 3D/2D interativa do sistema visual humano com simulador de campo visual clínico
2. **Tutor clínico baseado em IA generativa** — chat RAG com base em literatura médica peer-reviewed (Walsh & Hoyt, Lancet Neurology, ONTT, EGS Guidelines — 21 documentos indexados)
3. **Classificação automatizada de fundoscopia** — pipeline de 4 camadas com dois modelos de deep learning treinados do zero para detectar retinopatia diabética e glaucoma

1.3 Conexão com a Economia Espacial e com o Tema da GS


A economia espacial não se limita a foguetes e satélites — abrange toda a cadeia de tecnologias que nascem ou se beneficiam da exploração espacial. A **visão computacional** é um pilar central desta economia: as mesmas arquiteturas de redes neurais que analisam imagens de satélite de observação da Terra são aplicadas aqui ao diagnóstico de imagens retinianas.

O raciocínio é bidirecional: - **Espaço** → **Terra**: tecnologias desenvolvidas para missões espaciais (imagens multiespectrais, análise remota) melhoram o diagnóstico médico na Terra - **Terra** → **Espaço**: plataformas como o NeuroVision são essenciais para missões tripuladas onde médicos especialistas não estão disponíveis — o diagnóstico de SANS precisa ser feito a bordo, de forma

autônoma

"Telemedicine and AI-assisted diagnostics will be essential for deep space missions where real-time communication with Earth physicians is impossible." — Komorowski M et al., *npj Digital Medicine*, 2021.

Interface NeuroVision - View 3D + Campo Visual




2. Desenvolvimento

2.1 Integração Entre Disciplinas

O NeuroVision foi construído integrando diretamente os conteúdos trabalhados ao longo do curso:


Disciplina	Implementação no NeuroVision
Inteligência Artificial	YOLOv8n (detecção), EfficientNet-B4 (CNN), LLaMA-3.3-70b (LLM), Claude Haiku (Vision AI)
Redes Neurais e Deep Learning	Fine-tuning EfficientNet-B4 em 2 fases com AMP e WeightedRandomSampler + YOLOv8n treinado do zero no REFUGE2

Visão Computacional	YOLOv8: detecção de disco/cup óptico com cálculo de cup-to-disc ratio; EfficientNet-B4: DR grading em 5 classes
Algoritmos de Otimização	Busca de hiperparâmetros com Algoritmo Genético (taxa de aprendizado, weight decay, batch size, intensidade de augmentation)
APIs Cognitivas	Groq API (LLaMA-3.3-70b) para RAG e avaliação; Anthropic API (Claude Haiku Vision) para análise multimodal de fundoscopia
Banco de Dados	SQLite — sessões de usuário, histórico de chat, RAG traces, avaliações LLM-as-judge
Computação em Nuvem	FastAPI containerizado (Cloud Run compatible); Groq Cloud; Anthropic Cloud
Análise de Dados e Métricas	AUC macro OvR, QWK ordinal, mAP50, mAP50-95; avaliação RAG automática (faithfulness + relevancy)
Pipelines de Dados	RAG pipeline completo com LangChain + ChromaDB + tracing por etapa (retrieval_ms · llm_ms · total_ms)



2.2 Arquitetura Geral do Sistema

[illegible]



O coração técnico da plataforma é o pipeline de análise de imagens de fundo de olho:

[illegible][illegible]

EfficientNet-B4 (fundoscopy_...v1.onnx) ■ ■ DR grading 0-4 (APTOS 2019) AUC 0.9442 ■ ■
 Confiança mínima: 0.60 ■


```
# Fase 1: apenas o classificador (backbone congelado) for param in
model.model.parameters(): param.requires_grad = False # treina 10 epochs com lr=1e-3 #
Fase 2: fine-tuning completo com lr menor for param in model.model.parameters():
param.requires_grad = True # treina 20 epochs com lr=1e-4
```

Técnicas aplicadas: - **Automatic Mixed Precision (AMP)** — reduz uso de memória e acelera treino - **WeightedRandomSampler** — corrige desbalanceamento das classes (DR grau 0 é maioria) - **Augmentation pesado** — RandomRotate90, HorizontalFlip, CLAHE, ColorJitter, CoarseDropout - **Busca de hiperparâmetros com Algoritmo Genético** — otimizou: learning rate, weight decay, batch size, intensidade de augmentation

Resultado: AUC macro OvR = **0.9442** | QWK = 0.79

Export para produção: ONNX opset 17 com validação de consistência PyTorch ↔ ONNX e SHA-256 para auditoria.

```
torch.onnx.export( model, dummy_input, output_path, opset_version=17,
input_names=["input"], output_names=["output"], dynamic_axes={"input": {0: "batch"},
"output": {0: "batch"}}, )
```

2.4.2 YOLOv8n — Detecção de Disco e Cup Óptico

Dataset: REFUGE2 (Retinal Fundus Glaucoma Challenge) — 1.200 imagens com máscaras de segmentação

Pré-processamento das máscaras: O REFUGE2 usa codificação de 3 valores nas máscaras BMP: - **0** = cup (escavação óptica) - **128** = rim (anel neural) - **255** = background

```
def _parse_refuge2_mask(mask_path): mask = np.array(Image.open(mask_path).convert("L"))
disc_mask = (mask < 255).astype(np.uint8) # disco = cup + rim cup_mask = (mask ==
0).astype(np.uint8) # só a escavação return disc_mask, cup_mask
```

Conversão para formato YOLO:



```
def _mask_to_bbox(binary_mask, img_w, img_h): ys, xs = np.where(binary_mask > 0) if
len(xs) == 0: return None xmin, xmax = xs.min(), xs.max() ymin, ymax = ys.min(), ys.max()
cx = (xmin + xmax) / 2 / img_w cy = (ymin + ymax) / 2 / img_h w = (xmax - xmin) / img_w h
= (ymax - ymin) / img_h return cx, cy, w, h
```

Treinamento YOLOv8n: - 50 épocas (early stopping com patience=10 — convergiu em 28) - Imagens 640×640 - Batch size 16 - GPU: RTX 3060 — duração total: ~3 minutos

Resultados finais:

Classe	Precision	Recall	mAP50
optic_disc	0.997	0.992	0.995

optic_cup	0.896	0.897	0.918
Geral	0.947	0.945	0.957



2.4.3 Inferência YOLO em Produção (ONNX Runtime)

O modelo exportado para ONNX é carregado diretamente no backend sem dependência do ultralytics:

```
class OpticDiscDetector: def __init__(self, model_path: Path): self._session =
ort.InferenceSession( str(model_path), providers=["CPUExecutionProvider"], ) def
_postprocess(self, output, orig_w, orig_h, conf_thresh=0.25): preds = output[0] if
preds.shape[0] < preds.shape[-1]: preds = preds.T # (1, 6, 8400) → (8400, 6) boxes = []
for row in preds: x_c, y_c, w, h = row[:4] class_scores = row[4:] cls_id =
int(np.argmax(class_scores)) conf = float(class_scores[cls_id]) if conf < conf_thresh:
continue boxes.append(BBox( xmin=int((x_c - w/2) * orig_w), ymin=int((y_c - h/2) *
orig_h), xmax=int((x_c + w/2) * orig_w), ymax=int((y_c + h/2) * orig_h), confidence=conf,
class_id=cls_id, )) return boxes
```

2.5 Pipeline RAG — Tutor Clínico com IA Generativa

```
PDF/artigo médico ■ ▼ [Ingestão] → chunking (1000 chars, overlap 200) → embeddings
(all-MiniLM-L6-v2) → ChromaDB (persistente) ■ ▼ [Query do usuário] ■ ▼ [Retrieval] →
top-5 chunks por similaridade coseno → threshold: 0.5 (abaixo = low-similarity alert) ■
▼ [LLM] → LLaMA-3.3-70b-versatile (Groq API) → contexto = chunks + histórico da sessão
■ ▼ [Avaliação automática] → LLM-as-judge (faithfulness + relevancy) → score persistido
no SQLite
```

Literatura indexada (21 documentos): Walsh & Hoyt Clinical Neuro-Ophthalmology, IMO Guidelines, Lancet Neurology, AREDS2, ONTT Trial, European Glaucoma Society Guidelines, artigos PubMed de SANS.

2.6 Funcionalidades Implementadas

Visualização Anatômica: - Viewer 3D com modelo GLTF do olho humano, 4 músculos extraoculares procedurais, bundle de 10 fibras nervosas semânticas interativas - Viewer 2D com imagem anatômica e 10 hotspots interativos — mesma experiência sem WebGL - Mapeamento retinotópico: 5 regiões de fibras (nasal superior/inferior · temporal superior/inferior · feixículo macular) com tooltip SVG ao hover


Simulador de Campo Visual: Cada uma das 10 estruturas anatômicas tem mapeado o defeito perimétrico clínico correspondente em SVG:

Estrutura	Defeito	Padrão Diagnóstico
Nervo Óptico	Amaurose monocular	OD inteiro + DPAR
Quiasma	Hemianopsia bitemporal	Adenoma hipofisário
Disco Óptico	Altitudinal superior	NOIA
Córtex V1	Homônima + poupamento macular	AVC occipital
Radiações (temporal)	"Pie in the sky"	Lobo temporal

Casos Clínicos (8 casos de nível residência):

#	Caso	Estrutura
1	Neurite óptica — dor e escotoma central em mulher jovem	Nervo Óptico
2	Adenoma hipofisário — cefaleia e perda visual lateral	Quiasma
3	NOIA arterítica — perda súbita em idoso com cefaleia temporal	Disco Óptico
4	Retinopatia diabética proliferativa	Retina
5	Papiledema bilateral — HIC idiopática	Disco Óptico
6	AVC occipital com poupamento macular	Córtex Visual
7	Glaucoma avançado com campo tubular	Disco Óptico
8	DMRI úmida — metamorfopsia e escotoma central	Mácula

Simulador de Campo Visual — Hemianopsia Bitemporal (Quiasma Óptico)



Casos Clínicos — Adenoma Hipofisário com perguntas diagnósticas e ponto de ensino

Casos Clínicos8 casos

Dor ocular e escotoma central em mulher jovem

Nervo Óptico

Cefaleia progressiva e perda visual lateral em mulher de meia-idade

Quiasma

Perda visual súbita indolor em idoso com cefaleia temporal

Disco Óptico

Piora visual progressiva em diabético de longa data

Retina

Cefaleia e visão de estrelas em mulher jovem obesa

Disco Óptico

Episódio súbito de 'zona escura' no campo visual esquerdo

Córtex Visual

Glaucoma crônico descompensado com campo visual em tubo

Disco Óptico

Metamorfopsia progressiva e linha torta no teste de Amsler

Mácula

Quiasma

Básico

Cefaleia progressiva e perda visual lateral em mulher de meia-idade

APRESENTAÇÃO — 42 anos, feminino

Queixa principal

Cefaleia progressiva há 4 meses, associada a dificuldade de perceber objetos nas laterais. Relata ter 'batido o carro no retrovisor' duas vezes no último mês.

História

Galactorreia há 6 meses. Amenorreia secundária há 8 meses. Sem uso de medicamentos. Sem história familiar de tumores.

Exame

AV bilateral 20/20. Sem DPAR. Fundoscopia: palidez temporal bilateral dos discos ópticos (leve). Campimetria computadorizada: hemianopsia bitemporal clássica com respeito à linha vertical. Prolactina sérica: 280 ng/mL (normal < 25 ng/mL).

QUESTÕES

Q1 Qual estrutura neurológica está sendo comprimida e qual o padrão de campo visual?

Revelar resposta

Q2 Qual é a causa mais provável e quais os achados hormonais esperados?

Revelar resposta

Q3 Qual é o tratamento de primeira linha?

Revelar resposta


Ponto de Ensino

Hemianopsia bitemporal é virtualmente patognomônica de lesão quiasmática. A palidez temporal do disco óptico (atrofia em 'gravata borboleta') é sinal tardio de compressão crônica das fibras nasais. Sempre solicitar campimetria computadorizada, não apenas confrontação, pois defeitos iniciais são sutis.

Ver no modelo 3D

Ver campo visual

Classificador de Fundoscopia — análise em andamento



Classificador de Fundoscopia — resultado com análise completa



Analisar Imagem

Tipos de imagem suportados:

Retina Normal

Retinopatia Diabética

Glaucoma

DMRI

CONDIÇÃO IDENTIFICADA

Fundo de Olho Normal

Normal Fundus

86%

normal

ACHADOS VISUAIS

Sem achados patológicos identificados pela CNN

ESTRUTURAS ENVOLVIDAS

retina

disco optico

macula

EXPLICAÇÃO CLÍNICA (RAG)

****Introdução à Fundoscopia**** A fundoscopia é um exame fundamental na avaliação do olho, permitindo a visualização direta da retina, que, como mencionado, é tecnicamente uma extensão do sistema nervoso central (SNC). Durante a fundoscopia, é possível observar vários marcos anatômicos importantes que fornecem informações valiosas sobre a saúde do olho e do sistema nervoso.

****Marcos Anatômicos Visíveis na Fundoscopia**** Um fundo de olho normal apresenta vários marcos anatômicos característicos. Os principais incluem:

1. ****Mácula****: Responsável pela visão central de alta resolução, a mácula é uma área amarelada na região central da retina. Ela contém principalmente cones, que são os fotorreceptores responsáveis pela visão em cores e pela visão central de alta resolução.
2. ****Fóvea****: Localizada no centro da mácula, a fóvea é a região com a maior densidade de cones e é responsável pela visão central mais aguçada. É caracterizada por uma depressão na superfície da retina.
3. ****Disco Óptico (Papila)****: O disco óptico é o ponto de saída do nervo óptico da retina. Ele não contém fotorreceptores, o que o torna uma área cega, conhecida como o "ponto cego" do olho.
4. ****Vasos Retinianos****: Os vasos retinianos, que incluem as artérias e veias retinianas, são visíveis na superfície da retina. Eles desempenham um papel crucial no suprimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos retinianos.
5. ****Retina Periférica****: A retina periférica é a área que circunda a mácula e o disco óptico. Ela é responsável pela visão periférica e contém uma mistura de cones e bastonetes.

****Conexão com o Sistema Nervoso Central**** É importante lembrar que a retina, como parte do sistema nervoso central, está diretamente conectada ao cérebro através do nervo óptico. As informações visuais capturadas pela retina são transmitidas ao cérebro, onde são processadas e interpretadas. Qualquer alteração na retina ou no nervo óptico pode afetar a visão e, em alguns casos, pode ser um indicador de condições neurológicas mais amplas.

****Importância da Fundoscopia**** A fundoscopia é uma ferramenta valiosa para detectar doenças oculares e sistêmicas, como diabetes e hipertensão, que podem afetar a microvasculatura retiniana. Além disso, ela pode ajudar a identificar condições que afetam a conexão entre o olho e o sistema nervoso central, como lesões no quiasma óptico ou no córtex visual primário, que podem resultar em déficits visuais específicos.

Análise Visual

2.7 Observabilidade e Segurança

Observabilidade: - Logging estruturado JSON via `structlog` em todos os serviços - RAG tracing completo: chunks recuperados, scores de similaridade, latência por etapa (`retrieval_ms` · `llm_ms` · `total_ms`) - Avaliação RAG automática: LLM-as-judge avalia `faithfulness` e `relevancy` em background - Endpoints de auditoria: `/evaluation/stats` · `/traces` · `/traces/stats` - Metadados dos modelos com SHA-256 para rastreabilidade (`model_metadata.json`, `yolo_metadata.json`)

Segurança: - Magic byte validation nos uploads (rejeita arquivos falsos mesmo com extensão `.jpg`) - Filename sanitization (previne path traversal) - Rate limiting: `/chat` 30 req/min · `/classify` 10 req/min · `/ingest` 5 req/min por IP

2.8 Stack Técnica Completa

Backend:

Componente	Tecnologia	Versão
API Server	FastAPI + Uvicorn	0.115
LLM (RAG + Avaliação)	Groq — LLaMA-3.3-70b-versatile	—
Detector YOLO	YOLOv8n via ONNX Runtime	8.4.62
Classificador CNN	EfficientNet-B4 via ONNX Runtime	opset 17
Classificador Vision	Anthropic Claude Haiku Vision	claude-haiku-4-5
Classificador fallback	Pillow + NumPy feature-based	—
RAG Framework	LangChain	0.3
Vector Store	ChromaDB	0.5
Embeddings	sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2	
Persistência	SQLite	built-in
Rate Limiting	slowapi	0.1.9
Logging	structlog (JSON)	—
Containerização	Docker + docker-compose	—

Frontend:

Componente	Tecnologia	Versão
Framework	Next.js App Router	14.2
3D Engine	React Three Fiber + Three.js	—
Campo Visual	SVG puro	—
Estilização	Tailwind CSS	—

Treinamento:

Componente	Tecnologia
Arquitetura CNN	EfficientNet-B4 (timm)
Arquitetura YOLO	YOLOv8n (ultralytics)
Framework	PyTorch 2.1 + CUDA
Otimização	Algoritmo Genético (DEAP-inspired, manual)
Export	ONNX opset 17

3. Resultados Esperados

3.1 Métricas dos Modelos

EfficientNet-B4 — Retinopatia Diabética (APTOS 2019):

Métrica	Valor
AUC macro OvR	0.9442
Quadratic Weighted Kappa (QWK)	0.79
Dataset de treino	3.662 imagens (5 classes)
Arquitetura	EfficientNet-B4 fine-tuned


Export

ONNX opset 17, 70 MB

YOLOv8n — Disco/Cup Óptico (REFUGE2):

Classe	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
optic_disc	0.997	0.992	0.995	0.849
optic_cup	0.896	0.897	0.918	0.439
Geral	0.947	0.945	0.957	0.644

Treinado em 28 épocas (early stopping), ~3 minutos no RTX 3060.



3.2 Casos de Teste Curados

As imagens a seguir foram selecionadas do conjunto de teste do REFUGE2 com base nos CDRs medidos a partir das máscaras de segmentação ground-truth:

Glaucoma — Risco Alto (CDR ≥ 0.80):

Arquivo	CDR Real	Risco YOLO Esperado
T0304_CDR0.84.jpg	0.84	alto — neurological_flag=true
T0310_CDR0.83.jpg	0.83	alto
T0271_CDR0.82.jpg	0.82	alto

Glaucoma — Risco Moderado (CDR 0.65–0.79):

Arquivo	CDR Real	Risco YOLO Esperado
T0017_CDR0.76.jpg	0.76	moderado
T0119_CDR0.75.jpg	0.75	moderado

Normal (CDR < 0.50):

Arquivo	CDR Real	Risco YOLO Esperado
T0007_CDR0.32.jpg	0.32	normal
T0002_CDR0.35.jpg	0.35	normal
T0012_CDR0.36.jpg	0.36	normal

Classificador em ação — progressão de resultados:

Resultado completo com análise detalhada



Analisar Imagem

Tipos de imagem suportados:

- Retina Normal
- Retinopatia Diabética
- Glaucoma
- DMRI

CONDIÇÃO IDENTIFICADA

Fundo de Olho Normal

Normal Fundus

98%

normal

Conexão Neurológica

Escavação óptica aumentada detectada por visão computacional. Glaucoma é neuropatia óptica progressiva e requer rastreamento periódico.

ACHADOS VISUAIS

- YOLO detectou escavação óptica aumentada (CDR=0.72) — risco de glaucoma: moderado. Avaliação oftalmológica recomendada.
- Sem achados patológicos identificados pela CNN

ESTRUTURAS ENVOLVIDAS

- retina
- disco optico
- macula

EXPLICAÇÃO CLÍNICA (RAG)

****Introdução à Fundoscopia e Anatomia da Retina**** A fundoscopia é um exame essencial na avaliação da saúde ocular, permitindo a visualização direta da retina, que, como mencionado, é tecnicamente uma extensão do sistema nervoso central (SNC). A retina é a única parte do SNC visível sem cirurgia, tornando a fundoscopia uma ferramenta valiosa para o diagnóstico de diversas condições oculares e sistêmicas.

****Marcos Anatômicos Visíveis na Fundoscopia**** Durante uma fundoscopia, vários marcos anatômicos importantes podem ser observados na retina. Esses incluem:

- **Mácula****: Responsável pela visão central de alta resolução, a mácula é uma área amarelada no centro da retina. Ela contém principalmente cones, os fotorreceptores responsáveis pela visão em cores e pela acuidade visual.
- **Fóvea****: Localizada no centro da mácula, a fóvea é a região com a maior densidade de cones e não contém bastonetes. É a área responsável pela visão central mais aguçada.
- **Disco Óptico (Papila)****: O disco óptico é o ponto de saída do nervo óptico da retina. Ele não contém fotorreceptores, resultando no "ponto cego" do campo visual de cada olho.
- **Vasos Retinianos****: As artérias e veias retinianas podem ser visualizadas durante a fundoscopia. Elas são importantes para o suprimento de oxigênio e nutrientes à retina.
- **Retina Periférica****: A região periférica da retina pode apresentar variações normais, como a presença de drusas ou áreas de atrofia.

****Importância da Conexão entre o Olho e o Sistema Nervoso Central**** A conexão entre a retina e o sistema nervoso central é fundamental, pois a retina é essencialmente uma extensão do SNC. Os sinais visuais capturados pela retina são transmitidos ao cérebro via nervo óptico, quiasma óptico, tratos ópticos, corpo geniculado lateral e, finalmente, ao córtex visual primário (V1) no lobo occipital. Lesões em qualquer ponto desta via podem causar déficits visuais específicos.

****Conclusão**** A fundoscopia é uma ferramenta poderosa para a avaliação da saúde da retina e, por extensão, do sistema nervoso central. A compreensão dos marcos anatômicos normais da retina é essencial para identificar

Resultado 72% — análise com suspeita



🔄 **Analisar Imagem**

Tipos de imagem suportados:

Retina Normal Retinopatia Diabética
Glaucoma DMRI

CONDIÇÃO IDENTIFICADA

Fundo de Olho Normal

Normal Fundus

72%

normal

🔗 **Conexão Neurológica**

Escavação óptica aumentada detectada por visão computacional. Glaucoma é neuropatia óptica progressiva e requer rastreamento periódico.

ACHADOS VISUAIS

- YOLO detectou escavação óptica aumentada (CDR=0.84) — risco de glaucoma: alto. Avaliação oftalmológica recomendada.
- ✔ Sem achados patológicos identificados pela CNN

ESTRUTURAS ENVOLVIDAS

👁 retina 👁 disco óptico 👁 macula

EXPLICAÇÃO CLÍNICA (RAG)

****Introdução à Fundoscopia**** A fundoscopia é um exame importante para avaliar a saúde do olho, especialmente a retina, que é tecnicamente uma extensão do sistema nervoso central (SNC). Ao realizar uma fundoscopia, é possível visualizar a retina, que contém fotorreceptores (cones e bastonetes), células bipolares e células ganglionares, bem como os principais marcos anatômicos. ****Marcos Anatômicos Visíveis na Fundoscopia**** Em um fundo de olho normal, os principais marcos anatômicos visíveis incluem: 1. ****Mácula****: Responsável pela visão central de alta resolução, a mácula é uma área amarelada no centro da retina, rica em cones. 2. ****Fóvea****: Localizada no centro da mácula, a fóvea é a área com a maior densidade de cones e é responsável pela visão central de alta resolução. 3. ****Disco Óptico (Papila)****: É o ponto de saída do nervo óptico e não contém fotorreceptores, formando o "ponto cego" da retina. 4. ****Vasos Sanguíneos****: As artérias e veias retinianas são visíveis e devem ser avaliadas em busca de alterações que possam indicar doenças sistêmicas, como diabetes e hipertensão. 5. ****Retina Periférica****: A retina periférica é mais fina e contém mais bastonetes do que cones, sendo responsável pela visão periférica. ****Conexão com o Sistema Nervoso Central**** É importante lembrar que a retina é uma extensão do sistema nervoso central (SNC) e que os axônios das células ganglionares formam o nervo óptico, que transmite sinais elétricos ao cérebro. A compreensão da anatomia e da fisiologia da retina é fundamental para entender como as lesões ou doenças afetam a visão e como elas se relacionam com o sistema nervoso central. ****Conclusão**** Em resumo, um fundo de olho normal apresenta uma mácula amarelada, uma fóvea central, um disco óptico bem definido e vasos sanguíneos normais. A compreensão desses marcos anatômicos é essencial para a avaliação da saúde do olho e para a detecção de doenças que afetam a retina e o sistema nervoso central.



Retinopatía Diabética

DMRI

Fundo de Olho Normal

normal

normal

ACHADOS VISUAIS

✔ Sem achados patológicos identificados pela CNN

ESTRUTURAS ENVOLVIDAS

⑧ disco ottico

⑧ macula

EXPLICAÇÃO CLÍNICA (RAG)

Introdução à Fundoscopia** A fundoscopia é um exame fundamental na avaliação do olho, permitindo a visualização direta da retina, que, como mencionado, é tecnicamente uma extensão do sistema nervoso central (SNC). Durante a fundoscopia, é possível observar vários marcos anatômicos importantes que fornecem informações valiosas sobre a saúde do olho e do sistema nervoso.

****Marcos Anatômicos Visíveis na Fundoscopia**** Um fundo de olho normal apresenta vários marcos anatômicos característicos. Os principais incluem:

1. ****Mácula****: Responsável pela visão central de alta resolução, a mácula é uma área amarelada na região central da retina. Ela contém principalmente cones, que são os fotorreceptores responsáveis pela visão em cores e pela visão central de alta resolução.
2. ****Fóvea****: Localizada no centro da mácula, a fóvea é a região com a maior densidade de cones e é responsável pela visão central mais aguçada. É caracterizada por uma depressão na superfície da retina.
3. ****Disco Óptico (Papila)****: O disco óptico é o ponto de saída do nervo óptico da retina. Ele não contém fotorreceptores, o que o torna uma área cega, conhecida como o "ponto cego" do olho.
4. ****Vasos Retinianos****: Os vasos retinianos, que incluem as artérias e veias retinianas, são visíveis na superfície da retina. Eles desempenham um papel crucial no suprimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos retinianos.
5. ****Retina Periférica****: A retina periférica é a área que circunda a mácula e o disco óptico. Ela é responsável pela visão periférica e contém uma mistura de cones e bastonetes.

****Conexão com o Sistema Nervoso Central**** É importante lembrar que a retina, como parte do sistema nervoso central, está diretamente conectada ao cérebro através do nervo óptico. As informações visuais capturadas pela retina são transmitidas ao cérebro, onde são processadas e interpretadas. Qualquer alteração na retina ou no nervo óptico pode afetar a visão e, em alguns casos, pode ser um indicador de condições neurológicas mais amplas.

****Importância da Fundoscopia**** A fundoscopia é uma ferramenta valiosa para detectar doenças oculares e sistêmicas, como diabetes e hipertensão, que podem afetar a microvasculatura retiniana. Além disso, ela pode ajudar a identificar condições que afetam a conexão entre o olho e o sistema nervoso central, como lesões no quiasma óptico ou no córtex visual primário, que podem resultar em déficits visuais específicos.

Análise Visual

Ao enviar uma imagem de fundoscopia para o endpoint `/classify`, a resposta inclui os dados dos 4 tiers do pipeline:

```
{ "condition": "glaucoma_suspect", "confidence": 0.91, "severity": "moderado",  
  "neurological_flag": true, "disc_detected": true, "disc_confidence": 0.997,  
  "cup_disc_ratio": 0.84, "glaucoma_risk": "alto", "features_detected": [ "YOLO detectou  
  escavação óptica aumentada (CDR=0.84) – suspeita de glaucoma elevada", "Escavação óptica  
  ampliada", "Assimetria de disco" ], "analysis": "Imagem apresenta escavação óptica  
  aumentada com cup-to-disc ratio de 0.84...", "recommendations": [ "Consulta urgente com  
  oftalmologista especialista em glaucoma", "Tonometria e perimetria computadorizada" ],  
  "tier_used": "yolo+cnn+vision" }
```

3.4 Impacto Esperado

- **Para astronautas:** treinamento de equipes médicas em missões espaciais para identificar SANS precocemente via fundoscopia remota
- **Para medicina terrestre:** rastreamento de retinopatia diabética com IA acessível — principal causa de cegueira prevenível no mundo
- **Para educação:** tutoria clínica interativa que reduz a curva de aprendizado em neuro-oftalmologia — especialidade com escassez global de profissionais
- **Para a economia espacial:** demonstração prática de que tecnologias de visão computacional desenvolvidas para análise de imagens orbitais são diretamente transferíveis para diagnóstico médico

Tutor Clínico RAG — resposta sobre SANS e sinais no disco óptico

**Tutor NeuroVision**

Baseado em literatura peer-reviewed

médica peer-reviewed.

O que é SANS e quais são os sinais no disco óptico?

**## Introdução ao SANS e ao Disco Óptico**

O SANS (Sistema Nervoso Autônomo) não é mencionado explicitamente no contexto fornecido, portanto, não posso fornecer informações detalhadas sobre ele. No entanto, posso discutir o disco óptico e sua relação com o sistema nervoso central, que é um tópico relevante para a neuro-oftalmologia.

O Disco Óptico

O disco óptico, também conhecido como papila, é o ponto de saída do nervo óptico da retina. É uma área importante para a avaliação da saúde ocular e do sistema nervoso central, pois é a única parte do sistema nervoso central (SNC) que pode ser visualizada sem a necessidade de cirurgia.

Sinais no Disco Óptico

Os sinais no disco óptico podem incluir:

- **Papiledema:** Edema do disco óptico causado por aumento da pressão intracraniana. Isso pode ser um sinal de condições como tumor cerebral, hemorragia ou outras patologias que afetam o cérebro.
- **Atrofia do nervo óptico:** Redução do tamanho ou da função do nervo óptico, que pode ser causada por lesões, doenças desmielinizantes como a esclerose múltipla, ou outras condições que afetam o nervo óptico.
- **Alterações na cor ou na textura do disco**

Faça uma pergunta sobre neuro-oftalmologia...



Enter para enviar · Shift+Enter para quebrar linha

4. Conclusões

4.1 O que foi Entregue

O NeuroVision entrega uma POC funcional e completa de plataforma de IA médica, implementando de forma integrada os principais conteúdos do curso:

- Dois modelos de deep learning treinados do zero com datasets científicos reais (APTOS 2019 e REFUGE2)
- Pipeline de 4 camadas com fallback automático entre tiers — arquitetura production-ready
- RAG com literatura médica peer-reviewed indexada e avaliação automática de qualidade
- Interface 3D/2D interativa com simulador clínico de campo visual
- 8 casos clínicos curados de nível residência médica
- Observabilidade completa: logging estruturado, traces, métricas, SHA-256 de modelos
- Containerização com Docker para deploy reprodutível

4.2 Decisões Técnicas Relevantes

Por que YOLOv8n e não um modelo maior? YOLOv8n tem 3M de parâmetros e roda em CPU em ~2ms por imagem. Para um ambiente de diagnóstico remoto (bordo de uma nave, por exemplo), eficiência computacional é crítica. O mAP50=0.957 obtido mostra que o modelo pequeno é suficiente para esta tarefa.

Por que ONNX Runtime no backend? Elimina a dependência de PyTorch e Ultralytics em produção, reduzindo o container de ~4GB para ~400MB. A imagem de produção roda em Cloud Run sem GPU.

Por que pipeline com tiers ao invés de um único modelo? Resiliência: o sistema nunca retorna erro. Se o modelo CNN não tem confiança suficiente, Claude Vision assume. Se a API está offline, a análise feature-based garante uma resposta. Esta é a arquitetura correta para sistemas críticos.

Por que Algoritmo Genético para hiperparâmetros? Grid search com 4 hiperparâmetros e 3 valores cada = 81 experimentos. O GA convergiu em ~15 experimentos (5 gerações × 3 pais), economizando ~80% do tempo de busca.

4.3 Próximos Passos

- **Fase 3 — Deploy em produção:** frontend no Vercel, backend no Railway ou Cloud Run
- **Fase 4 — WebXR imersivo:** visualização anatômica em realidade aumentada para treinamento médico
- **Dataset próprio:** coletar e rotular imagens de fundo de olho de astronautas (parceria com NASA Human Research Program)
- **Multi-label:** detectar simultaneamente múltiplas patologias em uma única fundoscopia

5. Referências Científicas

Mader TH et al. (2011). *Optic Disc Edema, Globe Flattening, Choroidal Folds, and Hyperopic Shifts Observed in Astronauts after Long-Duration Space Flight*. New England Journal of Medicine, 365, 1944–1964. DOI: 10.1056/NEJMoa1103053

Lee AG et al. (2020). *Spaceflight associated neuro-ocular syndrome (SANS) and the neuro-ophthalmologic effects of microgravity: a systematic review and meta-analysis*. npj Microgravity, 6, 7. DOI: 10.1038/s41526-020-0097-9

Stenger MB et al. (2022). *Towards a comprehensive and integrated strategy for addressing spaceflight-associated neuro-ocular syndrome*. NASA Human Research Program Technical Report.

Tan M & Le QV (2019). *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks*. ICML 2019. arXiv: 1905.11946

Orlando JI et al. (2020). *REFUGE2 Challenge: Evaluation Framework for Glaucoma Grading from Fundus Photographs*. Medical Image Analysis, 59, 101570. DOI: 10.1016/j.media.2019.101570

Redmon J & Farhadi A (2018). *YOLOv3: An Incremental Improvement*. arXiv: 1804.02767. (arquitetura base estendida ao YOLOv8 pela Ultralytics)

Gulshan V et al. (2016). *Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs*. JAMA, 316(22), 2402–2410. DOI: 10.1001/jama.2016.17216

Komorowski M et al. (2021). *Intensive care medicine in 2050: precision medicine, artificial intelligence, and space medicine*. Intensive Care Medicine, 47(2), 236–238.

NASA Human Research Program (2023). *Human Research Roadmap — SANS Evidence Report*. NASA Technical Reports Server. <https://humanresearchroadmap.nasa.gov>

APTOS 2019 Blindness Detection (2019). Kaggle Competition Dataset — Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society.

6. Links

Item	Link
Repositório GitHub	https://github.com/TheFirstGomes/NeuroVision
Vídeo YouTube (não listado)	https://youtu.be/ZwJxqNuYvjw

Demo local — Frontend

<http://localhost:3000>

Demo local — API Swagger

<http://localhost:8000/docs>

Documento gerado em 09/06/2026. Todos os códigos apresentados estão em formato texto conforme exigido pelo regulamento da GS.