

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 13:13:46 Controlador: Adriane Assinatura:					
Peça: 03		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:					
				inv.: 200000023278					
Comentários: TRY OUT									
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.57 µm, 140.23° 0.50 µm						Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.80 µm, 166.05° 0.50 µm		Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.54 µm, 180.53° 0.50 µm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -2.06 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 9.53 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 22.63 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_180_0 f 2.00 µm 4.443 mm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 28.27 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_270_0 f 2.00 µm 4.443 mm									
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)					
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000	0.3052					
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000	0.2409					
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000	0.3121					
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000	1.1450!					
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000	1.0778!					
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000	1.1808!					
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000	0.5000					
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000	0.7034					
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000	1.2216!					
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000	0.0907					
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000	0.0545					
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000	0.0440					
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000	0.0463					