

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 14:42:52 Controlador: Adriane Assinatura:																																																									
Peça: 10		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																									
				inv.: 200000023278																																																									
Comentários: TRY OUT																																																													
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade11 f Exc: 0.43 µm, 307.74° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade22 f Exc: 0.40 µm, 264.17° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade33 Exc: 0.34 µm, 285.50° 0.50 µm																																																													
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -6.59 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -7.74 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 58.60 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 80.55 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm																																																													
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3895</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3145</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3451</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2696!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2263!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3185!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7853</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9638</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5965!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0673</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0565</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0370</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0482</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3895	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.3145	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3451	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.2696!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.2263!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3185!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.7853	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.9638	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5965!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0673	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0565	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0370	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0482
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																										
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3895																																																										
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.3145																																																										
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.3451																																																										
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.2696!																																																										
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.2263!																																																										
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3185!																																																										
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.7853																																																										
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.9638																																																										
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5965!																																																										
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0673																																																										
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0565																																																										
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0370																																																										
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0482																																																										