

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 16:29:56 Controlador: --- Assinatura:																																																									
Peça: 19		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																									
				inv.: 200000023278																																																									
Comentários: TRY OUT																																																													
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.44 µm, 286.51° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.55 µm, 247.66° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm Filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.97 µm, 263.34° 0.50 µm																																																													
Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.78 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 15.87 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 54.19 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm Filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.85 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm																																																													
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3572</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2115</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5190!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4011!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4358!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.2039!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9516</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.8159</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4015!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.1148</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0396</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0645</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0478</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3572	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2115	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5190!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4011!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.4358!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.2039!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9516	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.8159	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.4015!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.1148	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0396	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0645	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0478
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																										
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3572																																																										
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2115																																																										
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5190!																																																										
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4011!																																																										
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.4358!																																																										
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.2039!																																																										
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9516																																																										
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.8159																																																										
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.4015!																																																										
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.1148																																																										
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0396																																																										
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0645																																																										
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0478																																																										